

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Akcesoria do urządzeń medycznych - powtórka.

Numer referencyjny: 17-P-25

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni liczby planowanych do realizacji dostaw, a Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia, przy czym minimalna wartość wykorzystania Umowy zostaje ustalona na 70% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1."

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w

płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze".

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez pisemnej zgody Zamawiającego. W szczególności Zamawiający nie wyraża zgody, aby wierzytelności wynikające z umowy były przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy wobec osób trzecich (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie skutki. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić."

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"...Zamawiający powiadamia o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków/wymiany wadliwego wyrobu w terminie do 7 dni od daty uznania reklamacji za zasadną pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. Adnotacja o wadach winna być zawierana w protokole zdawczo-odbiorczym potwierdzającym odbiór danej części, która nie jest wadliwa."

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"wymiany na nowy wolny od wad na własny koszt i ryzyko
- w terminie do 10 dni od daty uznania reklamacji za zasadną."

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2% na 1%?

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy/pakietu określonego w § 4 ust. 1."

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

"Zamawiający, niezależnie od uprawnień o których mowa w § 6 oraz w ust. 1 powyżej, jest uprawniony do nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą Wyrobów będących przedmiotem danego zamówienia częściowego, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną jednostkową wynikającą z Zestawienia, a ceną zapłaconą pomiotowi trzeciemu."

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie minimalnego wykorzystania umowy do 50%.*) dotyczy pakietu 3 i 4.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Zamawiający nie wyraża zgody.
8. Zamawiający nie wyraża zgody.
9. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

1. Z jakim urządzeniem ma być kompatybilna elektroda? Proszę o podanie modelu urządzenia.
2. Czy opisane elektrody są elektrodami samoprzylepnymi (<https://sklep.technomex.pl/elektrody-samoprzylepne-kwadratowe-5cm-x-5cm-p-199.html>)? Jeśli tak, to informujemy, że sprzedawane one są w kompletach po 4 sztuki.1.
3. Z jakim urządzeniem ma być kompatybilna elektroda? Proszę o podanie modelu urządzenia.
4. Czy opisane elektrody są elektrodami samoprzylepnymi? Jeśli tak, to informujemy, że sprzedawane one są w kompletach po 4 sztuki.
5. Czy Zamawiający dopuści elektrody prostokątne samoprzylepne o wymiarach 5 x 9 cm?
6. Z jakim urządzeniem mają być kompatybilne okulary ochronne?
7. Czy okulary mają być przeznaczone dla pacjentów czy dla terapeutów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, że elektrody mają być kompatybilne z urządzeniem Elektrostymulator Compex.
2. Zamawiający informuje, że oczekuje elektrod samoprzylepnych, wielokrotnego użytku i z zatrzaskiem.
3. Zamawiający informuje, że elektrody mają być kompatybilne z urządzeniem Elektrostymulator Compex.
4. Zamawiający informuje, że oczekuje elektrod samoprzylepnych, wielokrotnego użytku i z zatrzaskiem.
5. Zamawiający dopuści zaproponowaną elektrodę, jeśli są kompatybilne z posiadanymi urządzeniami Zamawiającego oraz są samoprzylepne, wielokrotnego użytku i z zatrzaskiem.
6. Zamawiający informuje, że oczekuje zaproponowania okularów ochronnych kompatybilnych z laserem firmy Emildue TR1 HP oraz Be-cue LLLT-808.

7. Zamawiający oczekuje zaproponowania okularów ochronnych przeznaczonych zarówno dla pacjenta jak i terapeuty, zakres pracy podczerwieni o długości fali ok. 800nm.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.