

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa zamówienia: **Świadczenie usług przeglądów i konserwacji aparatury medycznej.**
Znak sprawy: **ZP.3311.22.2024**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie udziela odpowiedzi na złożone zapytanie w prowadzonym postępowaniu.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądów okresowych endoskopów giętkich, wideobronchoskopów marki Olympus BF-1T 180 w siedzibie firmy, gdzie technicy dysponują specjalistycznym sprzętem Wykonawca ponosi wszelkie koszty wysyłki sprzętu”

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert wykonywanie usług objętych umową następować będzie w siedzibie Zamawiającego, w miejscu instalacji urządzenia. W razie potrzeby wykonania usługi w warsztatach Wykonawcy, przewozi on sprzęt transportem własnym i na własny koszt na miejsce usługi i z powrotem, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru z przedstawicielem Zamawiającego.

**Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie**

mgr Agnieszka Kruk