

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup stymulatorów zewnętrznych wraz z akcesoriami.

Numer referencyjny: DZP/167/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Dotyczy: Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści lekki (waga z baterią 170g) kardiostymulator zewnętrzny o wymiarach 60x115x20mm i następujących parametrach:

- Stymulacja w trybach AAI, AOO, VVI, VOO oraz High Rate
- Częstość stymulacji : 30 – 180 ppm
- Wysoka częstość: async, częstotliwość x2, x4 - do 720ppm
- Amplituda : 0,3 – 12V
- szerokość impulsu: 0,75 ms \pm 0,05ms
- sygnalizacja niskiego stanu baterii z dwudniowym wyprzedzeniem co umożliwia wymianę baterii z odłączeniem stymulatora w dogodnym momencie
- wielorazowy sterylizowalny kabel do stymulatora o długości 2m

pozostałe parametry zgodne z wymaganymi. A ponadto:

- długi czas użytkowania - około 38 dni (ponad 900 h) na baterii alkalicznej lub 53 dni (ponad 1200 h) na baterii litowej
- Klasa odporności min IP41, co w znacznym stopniu ułatwia dezynfekcję urządzenia
- Akcesoria:
 - pasek do mocowania
 - zapasowa bateria
 - osłona antykontaminacyjna

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.