



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2024-08-16

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa aparatu do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych.

Numer referencyjny: NZ-26-2024-54-D-P-A

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, Przedmiotowe środki dowodowe, pkt 10, ppkt 2

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1/4

oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik "Parametry techniczno - użytkowe"

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

- 1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź: AGA

- 2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia: o bierny odciąg lub brak instalacji odciągu, o czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, o czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu?

Odpowiedź: czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2

- 3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź: AGSS AGA

- 4) Jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający?

Odpowiedź: Edwards

Pytanie 3

Dotyczy Załącznik "Parametry techniczno - użytkowe", A. "Okres gwarancji" pkt 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas na reakcji zgłoszoną awarię (godziny, dni robocze) wynosił max. 48 godzin od zgłoszenia? Zapis będzie odpowiadał ust. 5 par. 3 wzoru umowy/ projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4

Dotyczy Załącznik "Parametry techniczno - użytkowe", A. "Okres gwarancji" pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy usterki lub awarii wynosił: max. 3 dni robocze od przystąpienia do naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik "Parametry techniczno - użytkowe", A. "Okres gwarancji" pkt 4 oraz wzór umowy par. 3 ust. 6

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

"Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik "Parametry techniczno - użytkowe", A. "Serwis pogwarancyjny" pkt 1 oraz wzór umowy par. 3 ust. 7 ppkt 6)

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara opisana w ust. 1 wynosiła: 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w dostawie? Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 3

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający