

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

1. Pakiet nr 5 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do jakościowego wykrywania ludzkiej kalprotektyny w kale metodą immunochromatograficzną, który umożliwia wykrycie stężenia kalprotektyny w kale już od 50 µg/g lub 140 ng/ml? Czułość testu wynosi 97,8% a swoistość 99,00%

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność względem metody RT-PCR wynoszą: dla grypy typu A: czułość – 87,2%, specyficzność – 94,5% dla grypy typu B: czułość – 92,5%, specyficzność – 97,5%?

Pytanie zostało złożone formalnie w ramach Pakietu nr 12, jednak jego treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczy Pakietu nr 15. W związku z tym udziela się odpowiedzi w odniesieniu do Pakietu nr 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość oraz swoistość wynoszą >99% względem innego komercyjnego testu (BINAXNow Influenza A&B)?

Pytanie zostało złożone formalnie w ramach Pakietu nr 12, jednak jego treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczy Pakietu nr 15. W związku z tym udziela się odpowiedzi w odniesieniu do Pakietu nr 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, którego czułość i specyficzność względem innego testu immunochromatograficznego wynoszą: dla grypy typu A: czułość – 93,02%, specyficzność – 97,26% dla grypy typu B: czułość – 93,62%, specyficzność – 97,84%?

Pytanie zostało złożone formalnie w ramach Pakietu nr 12, jednak jego treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczy Pakietu nr 15. W związku z tym udziela się odpowiedzi w odniesieniu do Pakietu nr 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego SARS-CoV-2, Grypę typu A i B, RSV i Adenowirusa (wymaz z nosogardzieli), którego czułość i swoistość względem innego testu immunochromatograficznego wynoszą odpowiednio: Grypa A: czułość 93,02% swoistość 97,26% Grypa B: czułość 93,62% swoistość 97,84% Sars-Cov-2: czułość 95,00% swoistość 99,75% RSV: czułość 94,12% swoistość 97,87% Adenowirus: czułość 98,90%, swoistość 99,32% ?

Pytanie zostało złożone formalnie w ramach Pakietu nr 12, jednak jego treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczy Pakietu nr 15. W związku z tym udziela się odpowiedzi w odniesieniu do Pakietu nr 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, który może być wykonywany z wykorzystaniem próbek wyzielniny nosowej lub wypłuczyn z nosa? Czułość testu wynosi 95% dla RSV oraz >99% dla adenowirusa a swoistość 99% dla RSV i >99% dla adenowirusa względem innego testu immunochromatograficznego?

Pytanie zostało złożone formalnie w ramach Pakietu nr 12, jednak jego treść jednoznacznie wskazuje, że dotyczy Pakietu nr 15. W związku z tym udziela się odpowiedzi w odniesieniu do Pakietu nr 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło