

Bytom dnia: 2022-05-30

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy 13/13PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Czy dopuszczają Państwo limit detekcji testu lepszy, niż określony w opisie przedmiotu zamówienia, wynoszący 1,15 x 100 TCID50/mL przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie, ponieważ bezwzględne określenie wartości tego parametru może sugerować zamiar ograniczenia uczciwej konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający