

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 08.11.2024 r.

PN – 57/24/1/1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-57/24/1 Dostawa leków, wyrobów medycznych, preparatów stomatologicznych, materiałów okulistycznych i pasków diagnostycznych

Informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o przytoczonej poniżej treści:
na mocy art. 135 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udzielamy **wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Treść pytań:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 9 w poz. 1 żel o poniższym składzie:

- Pure water
- Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose
- 2g Lidocaine Hydrochloride
- 0.25g Chlorhexidine Gluconate- 20 %
- 0.02g Methyl Hydroxybenzoate
- 0.02g Propyl Hydroxybenzoate

pojemność 6 ml w ampułko-strzykawce

sterylny, rozpuszczalny w wodzie żel smarujący stosowany do cewnikowania pęcherza moczowego, w endoskopii i cystoskopii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 29 wapna sodowanego o poziomie pylenia (< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4%, absorpcji CO₂ w min. 130 l/kg, w postaci nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)₂ 82,50%, NaOH 3,5%, zawartości wilgoci 12-18%, z indykatorem zużycia, w opakowaniach o gramaturze 5 kg?


Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Pakiet nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, przypadku dopuszczenia wapna o gramaturze 5 kg, na przeliczenie ilości (tj. 81 op) ponieważ wapno 5 l odpowiada gramaturze 4,5 kg ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel