

ZP 3311/11-1/2020

Chełm, 2020-06-25

**Do wszystkich zainteresowanych**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia dla: Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Oddziału Medycyny Paliatywnej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w powyższym postępowaniu oraz modyfikację zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zadanie 6**

**Pozycja 1 łóżko szpitalne ortopedyczne z wyposażeniem 18 szt. ZOL**

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka z wydłużeniem leża o 200mm?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla RTG nieodejmowanymi?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi lamelami tworzywowymi (polipropylen), charakteryzującymi się dużą wytrzymałością na obciążenie, przeziernością dla promieniowania RTG, łatwo odejmowanymi? Po kilka lameli w każdym z segmentów leża.

Odpowiedź na pytania 1-3: Zamawiający dopuszcza.

**Pozycja 5 łóżka szpitalne – 18 szt. Oddział opieki Paliatywnej**

4. Czy Zamawiający dopuści łóżka z wydłużeniem leża o 200mm?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla RTG nieodejmowanymi?
6. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi lamelami tworzywowymi (polipropylen), charakteryzującymi się dużą wytrzymałością na obciążenie, przeziernością dla promieniowania RTG, łatwo odejmowanymi? Po kilka lameli w każdym z segmentów leża.

Odpowiedź na pytania 4-6: Zamawiający dopuszcza.

*Z poważaniem  
Dyrektor dr Kamila Ćwik (-)*