

Bytom dnia: 2025-02-11

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 55

Pakiet 95

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 23x30 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 127

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie plastra okrągłego do czujników temperatury o średnicy 26mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 134

Poz. 1, 3 Czy chodzi o czujniki wpinane bezpośrednio do kardiomonitora czy do kabla przedłużającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujnika wpinanego do kabla.

Poz. 2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje czujników klejowych czy bezklejowych. Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 kg i dorosłych powyżej 30kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 142

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie długości 26mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie długości kabla 5m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie długości 195mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie długości kabla 5m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie długości kabla 5m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 143

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 100 szt. z przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 3 op. a'100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3-Prosimy o dopuszczenie długości 225mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6- Prosimy o dopuszczenie elektrody o średnicy 4 mm lub 6 mm Prosimy o określenie średnicy trzpienia elektrody 2,4 mm czy 4 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 4mm i średnicy trzpienia elektrody 4mm.

Pakiet 173

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie czujnika na palec dla pacjentów o wadze 4-15Kg lub czujnika uniwersalnego typu Y- do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie czujnika na palec dla pacjentów o wadze 4-15Kg lub 15-50 kg - do wyboru przy realizacji

zamówienia częściowego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiarów 9-14 cm, 14-21 cm, 21-27 cm, 27-35 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 175

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 3 - 5.5cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14,5 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 188

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie rozmiarów: 6-11 cm, 10-19 cm, 18-26 cm, 25-35 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2, 3 czy chodzi o czujniki wpinane bezpośrednio do kardiomonitora czy do kabla przedłużającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujnika wpinanego bezpośrednio do kardiomonitora.

Pakiet 190

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody powrotne bez kabla, dla dorosłych i dzieci, dzielone, hydrożelowe, na podłożu z pianki PE, rozmiar 157 x 113 mm, powierzchnia przewodząca 107 cm², powierzchnia całkowita 177 cm², impedancja <2 Ohm przy 500 kHz, maksymalna temperatura <3,5 C°@ 700 mA, współpraca z systemem kontroli przylegania, z orientacją kierunkową do pola operacyjnego (dłuższy bok prostopadle do pola operacyjnego), każda elektroda zapakowana indywidualnie z etykietą do wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 100szt

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 191

Poz. 5- prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach 17,5x60cm.(dla obwodu kończyny 34-47 cm)

Poz. 6- prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach 14,5x50cm.(dla obwodu kończyny 25-35 cm)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 196

Poz. 2 i 3 prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym z żółtą wtyczką

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie przylepców okrągłych fi. 26 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 205

Poz. 2 i 3 prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym z żółtą wtyczką

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 224

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie mankietu o wymiarach 14x57,5 cm dla kończyny o obwodzie 25-35 cm

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie mankietu o wymiarach 17x72 cm dla kończyny o obwodzie 34-47 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 232

poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm (obwód kończyny)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm (obwód kończyny)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 8-14 cm (obwód kończyny)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 7 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 cm (obwód kończyny)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 238

poz. 1 i 2 prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujniki dla dorosłych, dzieci czy noworodków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymaga w poz. 1 – czujniki dla noworodków i dzieci do wyboru przez Zamawiającego, w poz. 2 – czujniki wielorazowe dla dorosłych.

poz. 2 czy chodzi o czujnik wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujnika wpinanego do kabla przedłużającego.

poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 243

poz. 1 prosimy o doprecyzowanie wielkości zapotrzebowania - opis wskazuje na 9 szt a w ilości wpisano 5 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga po 3 szt. z każdego rozmiaru, tj. suma 9szt.

poz. 1 prosimy o potwierdzenie, że chodzi o czujniki w technologii Nellcor/Philips Fast

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający prosi o doprecyzowanie pytania.

poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 3 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 14-21 cm poz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

4 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm poz. 5 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 27-35 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 245

poz. 1 czy chodzi o czujnik wpinany bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego poz. 1 i 2 prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujniki dla dorosłych, dzieci czy noworodków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymaga w poz. 1 – czujniki dla noworodków i dzieci do wyboru przez Zamawiającego, w poz. 2 – czujniki wielorazowe dla dorosłych. Czujnik do kabla przedłużającego.

Pakiet 246

poz. 1 w jakiej technologii mają pracować czujniki: Nellcor/Philips Fast czy Masimo? prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o czujniki dla dorosłych, dzieci czy noworodków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymaga w poz. 1 – czujniki dla noworodków i dzieci do wyboru przez Zamawiającego, w poz. 2 – czujniki wielorazowe dla dorosłych.

Zamawiający

