

Bytom dnia: 2025-01-13

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach:

Micro – poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm

do wyboru przez Zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okulary należy zdejmować co 4 godziny celem oceny



stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.**

Pytanie nr 3 dot. pakietu 38

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wyników badań okularków na przenikanie fal świetlnych?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 38

Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okulary posiadały wkłęcia od strony oczodołów, co umożliwia fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający wymaga aby okulary składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr

Czy Zamawiający wymaga aby ochronnik oczu przed promieniowaniem UV był wykonany z jednego kawałka materiału oraz aby nie był osobnym elementem mocowanym rzepem do opaski?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 95

Czy Zamawiający dopuści elektrody przeziernie w promieniach RTG o wymiarach nie większych niż:

- Podłużne: 10 x 25 mm
- Okrągłe o średnicy: Ø 26 mm

do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówień ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 95

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody spełniały standardy zgodnie z normą EN/IEC 60601-2-25 oraz EN/ IEC 60601-2-27 oraz AAMI EC12 a także AAMI EC11 ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje spełniania norm.**

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 95

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczone elektrody były przeziernie w promieniach RTG i aby ich powierzchnia adhezyjna składa się z hydrożelowego rdzenia z hydrokoloidową obwódką?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 10 dot. pakietu 95

Czy Zamawiający wymaga elektrod przeziernych w promieniach RTG z możliwością użytkowania na ednym pacjencie bez zdejmowania do 5 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Pytanie nr 11 dot. pakietu 118

Czy Zamawiający wymaga aby plaster do zabezpieczenia czujnika temperatury posiadał grubość nie większą niż 1 mm – co znacznie poprawia komfort użytkowania przez noworodka.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.**

Pytanie nr 12 dot. pakietu 118

Czy Zamawiający wymaga aby plaster do zabezpieczenia czujnika temperatury posiadał powierzchnię adhezyjną hydrokoloidową?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga.**

Pytanie nr 13 dot. pakiet 149

Czy Zamawiający wymaga aby kaniule były dostępne w następujących rozmiarach

1) Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

2) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm



Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

3) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga.**

Pytanie nr 14 dot. pakietu 149

Czy Zamawiający wymaga aby każda kaniula była dostarczona z 2 szt. plastrów hydrokoloidowych,

przeznaczonych do mocowania o wymiarach:

- 13 x 25 mm

- o średnicy 25 mm

- 25 x 33 mm

do wyboru przez Zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga.**

Pytanie nr 15 dot. pakietu 172

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony układ do resuscytacji był sterylny?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga**

Pytanie nr 16 dot. pakietu 172

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia układu do resuscytacji w komplecie z komorą nawilżacza?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga**

Pytanie nr 17 dot. pakietu 185

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opasek w rozmiarach:

– długość 75 mm szerokość 20 mm

– długość 125 mm szerokość 25 mm

– długość 150 mm szerokość 50 mm

do wyboru przez Zamawiającego?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga**

12

Pytanie nr 18 dot. pakietu 185

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia opasek, których grubość nie przekracza 3 mm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga.**

Pytanie nr 19 dot. pakiet 37

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki donosowe były dostępne w następujących rozmiarach

1) Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

2) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,2 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm

3) Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm

4) Odstęp w przegrodzie nosowej: 5,0 mm

Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 4,0 mm

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga**

Pytanie nr 20 dot. pakietu 37

Czy Zamawiający wymaga aby każdy cewnik donosowy była dostarczony z 2 szt. plastrów hydrokoloidowych, przeznaczonych do mocowania o wymiarach:

- 13 x 25 mm

- o średnicy 25 mm

- 25 x 33 mm

do wyboru przez Zamawiającego

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wymaga**

Zamawiający

