



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel. 12 261 88 20, fax. 12 261 88 22, email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Kraków, dnia: 2024-03-19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sukcesywna dostawa pojemników na krew i jej składniki.

Numer referencyjny: ZP-06/2024

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

#### Zadanie nr 3

Pytanie 1 – OPZ pkt 8

Czy zamawiający dopuści opis z informacjami w języku angielskim na dołączonej do kartonu czytelnej instrukcji postępowania wraz z piktogramami?

##### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza opisu z informacjami w języku angielskim na dołączonej do kartonu instrukcji postępowania.

Pytanie 2 – OPZ pkt 8

Czy zamawiający dopuści opis z informacjami w języku polskim na dołączonej do kartonu czytelnej instrukcji postępowania wraz z piktogramami?

##### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuści opis z informacjami w języku polskim na dołączonej do kartonu czytelnej instrukcji postępowania wraz z piktogramami.

Pytanie 3 – OPZ pkt 10 ppkt B

Czy zamawiający dopuści karton transportowy zawierający 100 szt zestawów.

##### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuści karton transportowy zawierający 100 szt zestawów.

Pytanie 4 – OPZ pkt 10 ppkt D

Czy zamawiający dopuści karton transportowy z informacjami w języku angielskim oraz piktogramami?

##### Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza karton transportowy z informacjami w języku angielskim oraz piktogramami.
<p>Pytanie 5 – OPZ pkt 10 ppkt F</p> <p>Czy zamawiający dopuści czytelną instrukcję postępowania w języku angielskim?</p> <p><b>Stanowisko Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza instrukcji postępowania w języku angielskim.</p>
<p>Pytanie 6 – OPZ pkt 11</p> <p>Czy zamawiający dopuści dołączoną ulotkę informacyjną w języku angielskim?</p> <p><b>Stanowisko Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający nie dopuszcza ulotki informacyjnej w języku angielskim.</p>
<p>Pytanie 7 – OPZ pkt 9</p> <p>Prosimy o zaakceptowanie pojemników posiadających certyfikat serii dostarczany do każdej dostawy, który nie zawiera w swej treści informacji o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej oraz dodatkowe załączenie oświadczenia Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej. Takie pojemniki są obecne wykorzystywane przez Zamawiającego i spełniają wszelkie wymagania właściwe dla rynku europejskiego</p> <p><b>Stanowisko Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej.</p>
<b>Zadanie nr 4</b>
<p>Pytanie 1 – OPZ pkt 8</p> <p>Prosimy o zaakceptowanie pojemników posiadających certyfikat serii dostarczany do każdej dostawy, który nie zawiera w swej treści informacji o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej oraz dodatkowe załączenie oświadczenia Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej. Takie pojemniki są obecne wykorzystywane przez Zamawiającego i spełniają wszelkie wymagania właściwe dla rynku europejskiego</p> <p><b>Stanowisko Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wytwórcy o spełnieniu wymagań Farmakopei Europejskiej.</p>

Zamawiający zamieszcza uaktualniony załącznik nr 1 do SWZ tj. plik:

„zał. 1 do SWZ 06-2024 - Opis Przedmiotu Zamówienia 20240320”.

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.