

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29

1) Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019: Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W nawiązaniu do brzmienia art. 106 ust. 3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Brak zgody na powyższe może spowodować liczne odrzucenia ofert, unieważnienie a w konsekwencji przedłużający się czas i koszt trwania postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wzywa wykonawcę do uzupełnienia braków zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2) Dotyczy SWZ części VII, punkt 2 podpunkt:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez specjalistyczny transport, czy dotyczy to wybranych pakietów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga specjalistycznego transportu jedynie w sytuacji gdy taki transport jest wymagany i wskazany w przepisach. W pozostałych przypadkach transport jest dowolny, zgodnie z decyzją Wykonawcy. 3) Dotyczy SWZ IX, punkt 3 podpunkt 3:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie na jaką kwotę mają być przekazane referencje i potwierdzenie, że dotyczą postępowania Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. W załączniku do oferty, „oświadczeniu o wykonanych usługach” jest informacja „ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostawy płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Minimum 2 dostaw bez określonej kwoty.

4) Dotyczy SWZ IX, punkt 3 podpunkt 6:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu, wskazany artykuł nie dotyczy tego postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla w/w zapis.

5) Dotyczy SWZ IX, punkt 8 podpunkt d:

Prosimy o doprecyzowanie czy próbki są wymagane do złożenia wraz z ofertą oraz o wskazanie do których pakietów i jakie ilości mają zostać przekazane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Próbki są do złożenia na wezwanie Zamawiającego. Z uwagi na wielkość i ilość asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie określić ilości i rodzaju na tym etapie postępowania. Próbki będą żądane jedynie w przypadku wątpliwości co do jakości czy spełnienia wymogów, a nie do wszystkich pakietów.

6) Dotyczy SWZ IX, punkt 8 podpunkt e:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wystarczy dołączyć deklaracje zgodności zgodnie z podpunktem a)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza.

7) Dotyczy SWZ IX, punkt 8 podpunkt h:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, Zamawiający wymaga do oferty oświadczeń czy oczekuje załączenia powiadomień?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Oświadczenie.

8) Pakiet 12 Poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE z ostrzem typu back-cut w rozmiarach

22G 0,8x25mm o przepływie 31ml/min

20G 1,0x32mm o przepływie 54ml/min

18G 1,2x32mm o przepływie 80ml/min

18G 1,2x45mm o przepływie 80ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9) Pakiet 12 Poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie kaniuli z ostrzem typu back-cut, w rozmiarach

22G 0,9x25mm o przepływie 42ml/min

20G 1,1x32mm o przepływie 67ml/min

18G 1,3x32mm o przepływie 103ml/min

18G 1,3x45mm o przepływie 103ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10) Pakiet 12 Poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie kaniuli bezpiecznej z ostrzem typu back-cut z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem jak i wyposażoną w kapilary zabezpieczające przed zachłapaniem krwią w rozmiarach

22G 0,9x25mm o przepływie 42ml/min

20G 1,1x32mm o przepływie 67 ml/min

18G 1,3x32mm o przepływie 103ml/min

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

11) Pakiet 12 Poz.3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie koreczka z trzpieniem powyżej jego krawędzi co pozwala na łatwiejszą dezynfekcję, kompatybilnego z oferowanymi kaniulami. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie dla trzpienia poniżej krawędzi koreczka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

12) Pakiet 13 Poz.1 Poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej rzeźnaczonej do małych i delikatnych żył u pacjentów typu neoflon ze ścięciem typu back-cut, jak obecnie używana przez Zamawiającego, w rozmiarze dla poz.1 24G 0,7x19mm o przepływie 13ml/min dla poz.2 26G 0,6x19mm o przepływie 13ml/min, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

13) Pakiet 52 Poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do pobierania leków z fiolek o średnicy 13mm oraz 20mm. Przyrząd zakończony zamkniętym systemem bezigłowym o wytrzymałości do 7 dni i 200 aktywacji. Zakończony zamkniętym systemem, bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,1ml nieprzezroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosownymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu jałowy, może być używany przez 7 dni lub 200 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ 8,1L/h Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

