

## Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zakup i dostawę karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

1. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 180 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy, ze względu na rozliczenie środków finansowych na realizację zadania.

2. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. I, 5 - prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności stopnia elektrycznie, nie mechanicznie wysuwanego, z kontrolką położenia stopnia na desce rozdzielczej oraz na panelu przy drzwiach prawych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. IX, 1 – prosimy o rezygnację z wymogu dostawy karty pojazdu, z uwagi na fakt, iż nie są one już wydawane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. I (adaptacja), 2 – prosimy o dopuszczenie schowka umożliwiającego montaż dwóch standardowych butli tlenowych 10l, bez możliwości montażu trzeciej na sprzężone powietrze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, III, b - prosimy o dopuszczenie 2 akumulatorów o łącznej pojemności 195 Ah, gdzie akumulator rozruchowy ma 95 Ah, a dodatkowy 100 Ah.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, III, e – prosimy o dopuszczenie przetwornicy 1200W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. V, 4 – prosimy o dopuszczenie ambulansu bez reflektorów wymienionych w tym punkcie, a zamiast tego, dopuszczenie na zasadzie równoważności reflektorów w belce tylnej do oświetlania miejsca akcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VI, 1 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności po dwa reflektory montowane z prawej i lewej strony ambulansu do oświetlania miejsca akcji, z tyłu wbudowanych w belkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VI, 2 – prosimy o dopuszczenie w kabinie kierowcy panelu analogowego – na przyciski, kontrolującego pracę wyłącznika oświetlenia zewnętrznego, stan akumulatorów oraz ich ładowanie, posiadającego sygnalizację akustyczną sygnalizującą rozładowanie danego akumulatora oraz panelu w przedziale medycznym – analogowego, sterującego oświetleniem wewnętrznym, klimatyzacją w przedziale, ogrzewaniem, termoboksem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VII, 1 – prosimy o dopuszczenie montażu materaca próżniowego w schowku zewnętrznym, nie przedziale medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VII, 1, 2c – prosimy o dopuszczenie zestawu szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, wyłącznie na ścianie lewej przedziału medycznego, ze względu na fotel kardiologiczny.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VII, 1 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności schowka zamykanego na zamek szyfrowy, nie klucz.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VII, 2b – prosimy o dopuszczenie możliwości montażu Lucasa w schowku zewnętrznym, nie w przedziale medycznym.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. VII, 2b – prosimy o dopuszczenie 5 półek podsufitowych na lewej ścianie, na całej długości przedziału.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 2g – prosimy o rezygnację z instalacji na sprężone powietrze.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
16. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 2h – prosimy o dopuszczenie na ścianie lewej 2 gniazd tlenowych, bez gniazda poboru sprężonego powietrza.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
17. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, pkt VII,2i – prosimy o dopuszczenie instalacji bez butli ze sprężonym powietrzem, a co za tym idzie reduktorów jedynie do butli tlenowych 10l.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, Xe – prosimy o dopuszczenie ssaka montowanego na uchwycie ściennym bezpośrednio do ściany ambulanżu, nie do adaptera i szyny.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19. Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, Xg – prosimy o dopuszczenie lawety mechanicznej bez możliwości regulacji wysokości po jej wysunięciu na zewnątrz karetki, bez możliwości jej zablokowania na dowolnie ustawionym poziomie.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
20. Prosimy o dopuszczenie wentylacji nawiewno-wywiewnej o wydajności 295.2 m3/h.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
21. Oświetlenie przedziału medycznego – prosimy o dopuszczenie 6 listew sufitowych oraz 2 lamp regulowanych nad noszami i jednej nad blatem roboczym.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
22. „Oddzielenie przedziału medycznego ścianą umożliwiającą komunikację pomiędzy personelem medycznym i kierowcą” – prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga przejścia między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
23. „na ścianach bocznych zestaw szafek i półek, na lewej ścianie schowek na ortopedię, szafka na butle tlenowe, pomiędzy zabudową meblową a ścianą działową miejsce na deskę ortopedyczną” – prosimy o dopuszczenie szafek i półek wyłącznie na lewej ścianie przedziału medycznego, ze względu na fotel kardiologiczny, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga samochodu ze schowkiem zewnętrznym i dopuszcza montaż butli tlenowych oraz deski ortopedycznej właśnie w nim, nie w przedziale medycznym.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
24. Z uwagi na wymagane DMC pojazdu do 3,5t, schowek techniczny, fotel kardiologiczny, fotel na prawej ścianie, prosimy o rezygnację z wymogu fotela u wezłowania noszy.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przeglądów zabudowy przedziału medycznego wliczonych w cenę oferty.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

W nawiązaniu do udzielonych wszystkich wyjaśnień, w tym dopuszczenie zamiennych rozwiązań, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy składający ofertę, w załączniku nr 2 „Wykaz parametrów technicznych oraz charakterystyka zabudowy”, potwierdzając parametry wymagane, wpisali jakie parametry oferują.

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk /-/*