

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: 7-P-24 Aparatura i sprzęt medyczny.

Numer referencyjny: 7-P-23

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 1

1. Proszę o sprecyzowanie jaki adapter do uchwytu do rozwiercania Państwo wymagacie. Proszę o podanie nazwy:

Lp. 14 Adaptery do uchwytu do rozwiercania co najmniej:

- Hudson Trinkle
- Trikle modyfikowany
- Harris
- Kuentscher

2. Proszę o podanie parametrów ostrzy do piły oscylacyjnej:

Lp. 21 Wyposażenie: Ostrze do piły oscylacyjnej -4 szt

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga dostawy wszystkich podanych adapterów

2. Parametry ostrzy:

Ostrza "agresywne" do endoprotezoplastyki stawu, szer. 25mm, grubość cięcia 1,27mm, - 1szt.,
grubość cięcia 1,37mm - 1szt.

Ostrze "agresywne" do endoprotezoplastyki stawu, szer. 19mm, grubość cięcia 1,37mm - 2szt.

Pytania nr 2

Pytanie 1 do Zadania nr 5, lp.8

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny wysokiej jakości produkt niemieckiego producenta wg poniższej charakterystyki:

Lp.8. Sterowanie za pomocą przycisków na wysokiej jakości ekranie dotykowym (również mokrymi rękawiczkami), reszta parametrów zgodna z opisem w SIWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.