

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż Pralnico-wirówek z barierą higieniczną oraz suszarek na potrzeby Pralni Szpitalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 22/22PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na suszarkę z napędem z przemiennikiem częstotliwości, bez motoreduktora. W przypadku zaniku napięcia podczas pracy suszarki, w przypadku suszarki z motoreduktorem, istnieje olbrzymie ryzyko uszkodzenia całego napędu a to oznacza spore koszty naprawy lub brak możliwości naprawy.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Zamawiający

