

Numer postępowania : **ZP-272-42/24**

Kraków, dnia: 08.07.2024 r.

## **WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. art. 286 ust. 1, 7, 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin składania ofert do dnia 12-07-2024r.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z modyfikacją.**

### **Pytanie nr 2**

Cześć nr 1: Fotel do chemioterapii – 13 szt.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zastosowania tworzywowej osłony podstawy?

### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z leżem o całkowitej długości 203 cm?

### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w poz. 16 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z pozycją szokową zamiast pozycji Trendelenburga?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający użył zamiennie określenia pozycja szokowa i pozycja Trendelenburga. Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z pozycją Trendelenburga.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w poz. 16 opisu przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z automatyczną pozycją szokową, gdzie po naciśnięciu przycisku przypisanego do tej funkcji (bez konieczności trzymania przycisku) fotel sam wykonuje ruchy segmentami fotela aż do uzyskania pozycji szokowej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający użył zamiennie określenia pozycja szokowa i pozycja Trendelenburga. Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z pozycją Trendelenburga.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w materac o wysokości 10 cm z wypełnieniem w postaci jednowarstwowej pianki?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z elektryczną regulacją segmentu siedziska w zakresie  $0^{\circ}$  do  $15^{\circ}$ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z elektryczną regulacją segmentu nóg w zakresie od  $-45^{\circ}$  do  $15^{\circ}$ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy w pkt. 22: „Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie min.  $-10^{\circ}$  do  $70^{\circ}$ ”? Pozycja Trendelenburga to pozycja ułożeniowa, w której pacjent leży na plecach z głową oraz klatką piersiową ułożoną poniżej

---

poziomu kończyn dolnych, pod kątem od 10 do 15 stopni. Zastosowanie pozycji Trendelenburga o maksymalnej wartości 70<sup>0</sup>, jaką Zamawiający wymaga może zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 1).**

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z pozycją Trendelenburga o wartości 15<sup>0</sup>?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie ze zmianą zapisu w pkt. 22 wartość 15<sup>0</sup> spełnia ten parametr.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z bezpiecznym obciążeniem roboczym 235 kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w podłokietniki o długości 50 cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 1 / Fotele do chemioterapii

Ad 17.

Czy Zamawiający miał na myśli pozycję Trendelenburga oznaczoną innym kształtem lub kolorem niż pozostałe przyciski?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający użył zamiennie określenia pozycja szokowa i pozycja Trendelenburga.**

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w koła o średnicy 125mm, z blokadami indywidualnymi?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w koła o średnicy 125mm z blokadą centralną?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 12.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o wymiarach leża:

- długość: 2010mm,
- szerokość: 610mm,

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 13.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o wymiarach całkowitych:

- długość: 2010mm,
- szerokość: 1040mm,

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 16.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego pilot nie posiada funkcji regulacji położenia podnóżka (podpory stóp) ponieważ regulowana jest ona manualnie?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 19.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego siedzisko posiada elektryczną regulację nachylenia w zakresie: 0-13°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 20****Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego segment nóg regulowany jest elektrycznie w zakresie: -35° do 13°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 21****Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 22.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii, którego pozycja Trendelenburga regulowana jest elektrycznie w zakresie: 0-13°?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 1).**

**Pytanie nr 22****Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 24.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii wyposażony w regulowany manualnie podnóżek (pod stopy) umożliwiający dostosowanie jego ułożenia do różnej grupy / wysokości pacjentów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 23****Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 28.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii o wadze 115kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 24****Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 29.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii nieposiadający na wyposażeniu przeźroczystego pokrowca na sekcję nóg?

---

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 29.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii nieposiadający blatów bocznych do zintegrowania z fotelem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 29.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii posiadający blat boczny z możliwością instalacji do dedykowanego uchwyty (lokalizacja uchwyty – prawa/lewa strona – do wyboru Zamawiającego)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy pakietu 1. Fotele do chemioterapii – 13szt. Pkt. 29.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do chemioterapii posiadający blat boczny z możliwością instalacji do dedykowanego uchwyty po obu stronach fotela?



**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 29**

Czy zamawiający dopuści wzrostomierz, gdzie skala pomiarowa jest umieszczona z przodu, ale jest na tyle wyraźna i czytelna, że umożliwia odczyt osobie stojącej z boku?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 3).**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 3).**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie?  
Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 3).**

**Pytanie nr 32**

Czy Zamawiający dopuści masę wagi netto 7,6kg ?

---

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 7 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 3).**

**Pytanie nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia w terminie do 12 tygodni od podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 34**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów całkowitych fotela 215 x 96 cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 35**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca o wysokości 9 cm z wypełnieniem w postaci jednowarstwowej pianki zapewniającej komfort podczas długich zabiegów?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 36**

Czy (w pkt. 17) Zamawiający pisząc pozycja szokowa ma na myśli pozycję Trendelenburga?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający użył zamiennie określenia pozycja szokowa i pozycja Trendelenburga. Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii z pozycją Trendelenburga.**

**Pytanie nr 37**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela, w którym pozycja szokowa będzie oznaczona czytelnym piktogramem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga aby pozycja Trendelenburga była dodatkowo oznaczona (inny kształt lub kolor niż pozostałe przyciski).**

---



**Pytanie nr 38**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji segmentu nóg w zakresie 0° - 45°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 39**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrycznej regulacji wysokości fotela w zakresie od 56 cm do 88 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Parametry techniczno-użytkowe) (dla części nr 1).**

**Pytanie nr 40**

Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dopuszczalnego obciążenia fotela 200 kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 41**

Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnej wagi fotela bez wyposażenia 110 – 115 kg?



**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 42**

Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela wyposażonego w półkę boczną wykonaną ze stali nierdzewnej, zamocowaną z boku fotela (jak na zdjęciu poniżej)?



**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii składający się z 3 segmentów: segment oparcia pleców, segment siedziska oraz segment podudzia i dodatkowo z podnóżkiem?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 44**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o regulacji kąta oparcia pleców w zakresie od -15 do +75 ° ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 45**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o regulacji kąta nachylenia segmentu nóg w zakresie 0-30° ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o elektrycznej regulacji wysokości za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 530 do 890 mm? Oferowany parametr jest lepszy od opisanego przez Zamawiającego oferujemy szerszy zakres ruchu szczególnie w kontekście zakresu minimalnego który ma znaczenie m.in. dla osób z obniżoną sprawnością fizyczną.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 47**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych, o regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie 0-15°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 48**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o wymiarach podłokietników długości 500 mm, szerokości 170 mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 49**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o dopuszczalnym obciążeniu 225 kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 50**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o maksymalnej wadze 115 kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 51**

Co Zamawiający miał na myśli w zapisie dodatkowe wyposażenie „przezroczysty pokrowiec na całej sekcji nóg ułatwiający utrzymanie fotela w czystości- 21 sztuk dla całej dostawy”? w opisie przedmiotu zamówienia jest fotel do chemioterapii- 13 sztuk?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga dostawy :**

- fotel do chemioterapii – 13 szt.**
  - przezroczysty pokrowiec na całej sekcji nóg ułatwiający utrzymanie fotela w czystości – 21 szt.**
  - blat boczny zintegrowany z fotelem, montowany do szyny po obu stronach fotela – 5 szt.**
-

**Pytanie nr 52**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych, o regulacji pozycji elektrycznej anty-Trendeleburga za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0 do 3°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 53**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych o całkowitej długości 2160 mm, szerokości siedziska 605 mm, długość siedziska 560 mm, długość oparcia pleców 920 mm, szerokość oparcia pleców 605 mm, szerokość segmentu nóg 680 mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 54**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjnych z podłokietnikami które posiadają 3 płaszczyzny poruszania: odchylanie do góry, regulacja wysokości, odchylanie na boki oraz poruszające się w płaszczyźnie horyzontalnej?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny o zakresie regulacji położenia oparcia stóp 0-160 mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 56**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania wlewów ambulatoryjny oparty na jednej kolumnie obudowany aluminiową osłoną łatwą do utrzymania w czystości, zapobiegającej przenikaniu cieczy i cząstek stałych o współczynniku IPX6?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 57**

Cześć nr 2: Endoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem -1 szt.

---

Dotyczące zapisów SWZ, zapisów umowy, opisu przedmiotu zamówienia – część 2  
załącznik nr 6 do SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu (np. Elementy do wózka: tylny panel, szuflada; Wanna do moczenia endoskopów, system-Licencja sieciowa, Stacja robocza, ) który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (nie posiada dokumentów typu deklaracja zgodności CE, zgłoszenie, powiadomienie? Dla takiego sprzętu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 58**

Cześć nr 2: Endoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem -1 szt.

Dotyczące zapisów umowy paragraf 4 pkt. 7

Celem doprecyzowania zapisów umowy w paragrafie 4 pkt. 7

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania bez dodatkowego wynagrodzenia wad, jakie wystąpią w działaniu aparatury, których przyczyny tkwią w przedmiocie umowy oraz naprawy usterek sprzętu/aparatury. W okresie gwarancji Wykonawca udzieli pomocy rozumianej jako telefoniczne lub aplikacyjne wsparcie techniczne, w przypadku trudności z eksploatacją sprzętu przez Zamawiającego” Prosimy o potwierdzenie że usuwanie bez dodatkowego wynagrodzenia napraw/ usterek dotyczy tylko napraw/usterek uznanych przez autoryzowany serwis jako naprawy/usterki podlegające gwarancji? Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania, bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania, bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza. Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie nr 59**

Cześć nr 2: Endoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem -1 szt.

Dotyczące zapisów umowy paragraf 4 pkt. 9 podpunkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu z 10 dni roboczych na 14 dni roboczych w przypadku, gdy wymagane będzie zamówienie części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega załącznik nr 3 do SWZ.**

---

**Pytanie nr 60**

Cześć nr 2: Endoskopowy tor wizyjny z wyposażeniem -1 szt.

Dotyczące zapisów umowy paragraf 8 ust. 2

Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni. Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 61**

Dotyczące formularza cenowego (załącznik do SWZ)

W przypadku gdy Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia z różnymi stawkami VAT (8%, 23%), czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie wiersza przez Wykonawcę w formularzu cenowym dla produktów niemedyycznych ze stawką VAT 23% i dodatkowego wiersza z posumowaniem kolumn?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 62**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

W przypadku nie wykonania umowy w terminach określonych w § 1 ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 63**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

W przypadku nie wykonania przeglądu w terminie określonym w harmonogramie przeglądów, o którym mowa w § 4 ust. 4 lub naprawy, w terminach określonych w § 4 ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 64**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8:

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w § 7 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 65**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 8 fotela z nieosłoniętą podstawą co ułatwia dezynfekcję oraz utrzymanie wysokiego poziomu higieny (pod osłoną mogą się tworzyć trudnodostępne zanieczyszczenia).

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 66**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 9 fotela z leżem 3 segmentowym, wypełnienie segmentów w postaci materacy z widocznymi przerwami eliminującymi ryzyko powstania naprężeń i szybszego zużywania się. Segment nożny oraz siedziska w zewnętrznej (górnej) części wykonany w jednej płaszczyźnie co ułatwia dezynfekcję oraz utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 67**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 12 fotela o wymiarach leża 210x60 cm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 68**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 19 fotela o elektrycznej regulacji segmentu siedziska w zakresie min. 0° do 20°.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 69**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 20 fotela o elektrycznej regulacji segmentu nóg w zakresie min.  $-25^{\circ}$  do  $13^{\circ}$ .

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 70**

Prosimy o dopuszczenie w części nr 1 pkt. 27 fotela o dopuszczalnym obciążeniu fotela min. 225 kg.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 71**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Fotel do dializy wyposażony w cztery silniki elektromechaniczne.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 72**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Fotel osadzony na jednej elektromechanicznie regulowanej zabudowanej obudową z tworzywa sztucznego kolumnie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 73**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Cała podstawa oraz kolumna obudowana łatwą w utrzymaniu czystości tworzywową osłoną w kolorze białym.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 74**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Długość x szerokość podstawy 1320 x 650mm gwarantująca stabilność fotela podczas zmiany pozycji z pacjentem.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---



**Pytanie nr 75**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Fotel wyposażony w kółka jezdne średnica 75mm z indywidualną blokadą hamulcami.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 76**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Jednolite pokrycie tapicerką ( bez przerwy między elementami ) sekcji siedzenia - sekcji nożnej oraz sekcji plecowo-głowej.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 77**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Regulacja podnoszenia – opuszczania segmentu pleców w zakresie -13/+75o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 78**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Regulacja segmentu siedzenia w zakresie 0/+20o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 79**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Elektromechaniczna regulacja ustawienia do pozycji Trendelenburga 20o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 80**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Elektromechaniczna regulacja wysokości na kolumnie w zakresie 560-760mm sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 81**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Elektromechaniczna regulacja segmentu nożnego w zakresie 0/-40o sterowanie za pomocą kablowego pilota ręcznego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 82**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Długość powierzchni roboczej w pozycji leża 2150mm + 20mm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 83**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Szerokość powierzchni roboczej leża 640mm +/-20mm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 84**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Nośność min 150kg.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 85**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Szerokość powierzchni roboczej z podpórkami pod ręce 990mm +/-50mm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 86**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

W przedniej części podstawy fotela umiejscowiony kosz na rzeczy pacjenta.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

**Pytanie nr 87**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Na wyposażeniu fotela wieszak na podkład papierowy w rolce umiejscowiony za segmentem pleców.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 88**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Fotel wyposażony w uchwyt do prowadzenia fotela w tylnej części segmentu pleców.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 89**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Fotel wyposażony w regulowany materac zagłówek.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 90**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Na wyposażeniu fotela podpórka pod stopy pacjenta regulowana manualnie, pokryta zmywalną płytą z tworzywa sztucznego, z możliwością dopasowania do wysokości pacjenta i zablokowania przy użyciu pokręteł blokujących.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 91**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Na wyposażeniu fotela stojak infuzyjny wykonany ze stalo nierdzewnej wysuwany teleskopowo z mechanizmem łatwego przemieszczania z lewej na prawą stronę fotela za oparciem pleców.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 92**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Podpórki rąk synchronicznie opuszczane do pozycji leża razem z segmentem pleców . Podpórki z horyzontalnym odchyleniem na boki oraz wertykalną regulacją dopasowania wysokości dla podpórek; podpórki wyposażone w wieszak na kablówy pilot ręczny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 93**

Część 1 – Fotele do chemioterapii. Czy Zamawiający dopuści Fotele do chemioterapii o poniższych parametrach?

Możliwość wyboru z gamy min 10 kolorów.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 94**

Czy Zamawiający dopuści fotel na podstawie bez obudowy wykonanej z zamkniętych profili stalowych, bardzo łatwej w utrzymaniu w czystości ? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie korzystniejsze.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 95**

Czy Zamawiający dopuści fotel o wymiarach leża różniących się jedynie o 1 cm od wymaganych wynoszących:

214 x57 cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 96**

Czy Zamawiający dopuści fotel z materacem wykonanym z wysokiej jakości jednowarstwowej pianki poliuretanowej, odpowiednio wyprofilowanej w sekcji pleców i siedziska w celu maksymalizacji wygody i komfortu użytkownika o wysokości 10 cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 97**

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w odejmowany, wygodny zagłówek/ podpórę głowy zwiększający komfort pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 98**

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w pilot przewodowy umożliwiający osobną regulację:

- segmentu oparcia pleców,
  - segmentu nożnego,
  - wysokości siedziska,
  - odległości/wysokości podnóżka,
  - przechyłu TR,
  - krzeselka do badań/ funkcja ułatwiająca zejście
-

oraz segmentu siedziska regulowanego przy użyciu w/w pozycji, jednak nie oddzielnym przyciskiem?

Nadmieniamy, że finalnie użytkownik zyskuje na ww. rozwiązaniu.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 99**

Czy Zamawiający oczekuje fotela wyposażonego w pilot z dedykowanym piktogramem / przyciskiem dla pozycji Trendelenburga?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 100**

Czy z uwagi na bezpieczeństwo obsługi pilot sterowania ma piktogram/przycisk GO oznaczony w innym kolorze aniżeli pozostałe piktogramy?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 101**

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją oparcia pleców w zakresie do 72° licząc od pozycji 0?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 102**

Czy Zamawiający dopuści fotel z siedziskiem regulowanym/pochylnym w zakresie kąta do 25°?

Realizowana wraz z przechyłem TR.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 103**

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją segmentu nóg w zakresie 0 -25°?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 104**

Czy Zamawiający dopuści fotel o elektrycznej regulacji wysokości fotela w zakresie 51 do 76 cm? Jest to zakres lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 105**

Czy Zamawiający dopuści fotel z funkcją Trendelenburga realizowaną w zakresie do -25°? Nadmieniamy, iż wartość tej pozycji liczona jest od poziomu 0.

**Odpowiedź:**

---

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 106**

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w poliuretanowe, wyprofilowane, wygodne podłokietniki o wymiarach 40x11x4 cm? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie nie gorsze od wymaganego.

Podłokietniki zintegrowane z oparciem, z możliwością regulacji pod różnymi kątami.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 107**

Czy Zamawiający dopuści fotel o nośności 230 kg?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 108**

Czy Zamawiający dopuści fotel bez pokrowca, jednak tapicerowany bardzo wysokiej jakości tkaniną antybakteryjną, łatwą do mycia i dezynfekcji?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 109**

Czy Zamawiający dopuści fotel z dodatkowym blatem bocznym jako oddzielne urządzenie, na kółkach? Jest to rozwiązanie bardziej funkcjonalne od wymaganego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 110**

**Dotyczy części nr 1 Fotele do chemioterapii – 13 szt.**

Czy w ramach spełnienia wymogów w części 1 Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do chemioterapii spełniający poniższe wymagania:

Elektryczny fotel do chemioterapii z 4 niezależnymi silnikami gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowania, o elektrycznej regulacji oparcia, podnóżka, wysokości i Trendelenburga. Sterowanie z pilota przewodowego. Fotel z funkcją autokontur. Konstrukcja na kolumnie, z podstawą w obudowie ABS. Leże o ergonomicznym kształcie z wysokiej jakości pianki PU o zróżnicowanej gęstości pomiędzy 87 a 107. Tapicerka wodoodporna łatwa w utrzymaniu w czystości. Podstawa fotela jak również obudowa boków i tylne panele fotela w obudowie z ABS. Fotel wyposażony w statyw na kroplówkę z regulacją wysokości. Długość x szerokość z podłokietnikami: 200 x 87cm

- Wysokość realizowana w zakresie: 52cm – 88cm
  - Wymiary sekcji pleców (dł. x szer.): 85x57 cm
  - Wymiary sekcji siedziska (dł. x szer.): 49 x 57 cm
  - Wymiary sekcji nóg (dł. x szer.): 59x57 cm
  - Wymiary podłokietnika (dł. x szer.): 52x12 cm
  - Wymiary podnóżka (DxS): 50x26 cm
  - Regulacja kąta oparcia: 0° – 80°
  - Regulacja kąta podnóżka: 0° – 35°
-

- Regulacja pozycji Trendelenburga: 0° – 12°
- Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg



**Odpowiedź:**  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji terminów określonych w SWZ:**

**Było:** 16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 08.08.2024 r.

**Jest:** 16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10.08.2024 r.

**Było:** 18.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 10.07.2024 r. do godz. 10:00.

**Jest:** 18.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 12.07.2024 r. do godz. 10:00.

**Było:** 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.07.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

**Jest:** 19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.