

Giżycko dnia: 2025-01-21

**Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

Numer referencyjny: PN/02/01/25

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Zestaw nr 1**

Pakiet I

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet I

Pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice posiadały rozwiązanie zabezpieczające przed kontaminacją ze środowiska - rękawice są natomiast pakowane mechaniczne, w sposób uporządkowany w opakowaniu (potwierdzone stosownym oznakowaniem na opakowaniu) oraz posiadają kontrolowany, niski poziom

zanieczyszczenia mikrobiologicznego (potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet I

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet II

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein  $\geq 30\mu\text{g/g}$ ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet II

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet II

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet II

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści komplet dwóch rękawic, z czego:

- wewnętrzna o powierzchni zewnętrznej gładkiej, grubość na palcu 0,18mm+/-0,03, na dłoni min. 0,10mm,

- zewnętrzna o powierzchni zewnętrznej antypoślizgowej na całej powierzchni rękawicy, grubość na palcu 0,21mm+/-0,02, na dłoni 0,17mm+/-0,02?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet II

Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice dwuwarstwowe, lateksowe z wewnętrzną warstwą syntetyczną (polimerową), o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet III

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm+/-0,01?

**ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI RĘKAWICĘ GRUBOŚCI NA PALCU 0,08MM+/-0,01**

Pakiet III

Pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje zaaferowania rękawic w opakowaniu umożliwiającym pojedynczy pobór rękawic od spodu opakowania, zawsze za mankiet? Takie rozwiązanie wyklucza dodatkowe zabezpieczenie otworu dozującego w rozwiązaniu zabezpieczające przed kontaminacją.

**ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OPAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO POJEDYNCZE WYJMOWANIE RĘKAWIC ZAWSZE ZA MANKIET. TAKIE ROZWIĄZANIE W SPOSÓB WYSTARCZAJĄCY ZAPOBIEGA KONTAMINACJI OPAKOWANIA.**

Pakiet III

Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wielkości opakowania. Opisanie przez Zamawiającego op. max 250 szt. umożliwia wykonawcy, w teorii, złożenie oferty na rękawice w opakowaniu np. a'100 szt., w efekcie czego oferty będą nieporównywalne ze sobą. Prosimy Zamawiającego o wskazanie wielkości opakowania.

**ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY DOPRECYZYJE OPIS PRZEDMIOTU W SPROSTOWANIU :**

**W POZYCJI "jm" PATRZ Pakiet III Pozycja 1 oraz Pakiet IV Pozycja 1, Zamawiający zmienia na "Sztuki".**

Pakiet III

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę 1600 op. rękawic za opakowanie a'250 szt. dla rozm. XS-L oraz a'240 szt. dla rozm. XL?

## **ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI**

Pakiet IV

Pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje zaaferowania rękawic w opakowaniu umożliwiającym pojedynczy pobór rękawic od góry opakowania, zawsze za mankiet? Takie rozwiązanie wyklucza dodatkowe zabezpieczenie otworu dozującego w rozwiązaniu zabezpieczające przed kontaminacją.

**ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE OPAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO POJEDYNCZE WYJMOWANIE RĘKAWIC ZAWSZE ZA MANKIET. TAKIE ROZWIĄZANIE W SPOSÓB WYSTARCZAJĄCY ZAPOBIEGA KONTAMINACJI OPAKOWANIA.**

Pakiet V

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozm. S-XL?

**ODPOWIEDŹ : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA**

SWZ rozdział IIIb, punkt. 4 - informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów technicznych rękawic katalogami/folderami/kartami danych technicznych, nie starszymi niż z 2018r?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

### **Zestaw nr 2**

Pakiet 1 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz izopropanol 70% - poziom 6, potwierdzone raportem z badań niezależnego laboratorium? Chcieliśmy doprecyzować, że używane przez Państwa obecnie rękawice spełniają ten wymóg.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet 1 poz. 2

1. Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje obniżonego poziomu

protein, tj. ? 11 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem z badań niezależnego laboratorium?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

2. Ze względu na to, że zamawiający nie uwzględnił w SWZ odporności rękawic, Bardzo prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rękawice mają być całkowicie odporne na penetrację substancji powszechnie używanych w placówkach medycznych użyte do oznakowania typu rękawic, tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej? Chcieliśmy doprecyzować, że używane przez Państwa obecnie rękawice spełniają ten wymóg.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Pakiet 2

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru? Pozostałe zgodne z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Poz. 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic długości min. 270-285 mm (dopasowana do rozmiaru) oraz o grubościach: średnia grubość rękawicy spodniej na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia grubość rękawicy wierzchniej na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. Pozostałe zgodne z SWZ. Dopuszczane rękawice są obecnie używane przez Państwa w placówce.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

### **Zestaw nr 3**

Pakiet I poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poziomie AQL 1.5. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: ZGODNIE Z SWZ**

Zamawiający