

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2019/22

Bytom dnia: 2019-04-15

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie służy roszczenie za niezrealizowaną część umowy w okresie określonym w pkt.1., o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości przedmiotu umowy, niż ilość określona w załączniku/ach do umowy, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem (braków, uszkodzenia, nieścisłości w oznakowaniu jednostkowym lub zbiorczym lub innych zastrzeżeń), Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku:”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Należności wynikające z niniejszej umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 33

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sond ze starym wtykiem tj. okrągłym czy z nowym tj. płaskim (jak na zdj.)?



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga sond z płaskim wtykiem.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 132

Czy Zamawiający dopuści pętle obrotowe o dostępnych śr. 10, 15, 25, 35 mm i o zbliżonej średnicy drutu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga pętle obrotowe o wymiarach 0,47mm średnicy drutu.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jan M. K.', is written over a faint, illegible stamp.