



Znak sprawy: AZP-261-21/2025

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

z art. 135 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm.) dalej jako „Pzp”.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 663 105,00 zł, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn. **Zautomatyzowany system do odwróconego obrazowania wielopozycyjnego komórek typu "all in one" z poczwórną fluorescencją, światłem przechodzącym, wizualizacją w kolorze oraz zestawem obiektów i akcesoriów.**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 7.04.2025 r. dotyczące treści SWZ, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, Zamawiający:

- udziela odpowiedzi jak niżej (pkt. 1),
- wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia poniższe zmiany (pkt. 2).

1. Na podstawie art. 135 Pzp:

1) Pytanie:

„1.Dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ, projekt umowy, § 5, pkt 1.2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie określenia „wizyt diagnostycznych” określeniem „konsultacji diagnostycznych”?

Prośbę motywujemy tym, iż Zamawiający ma możliwość konsultacji poprawności działania sprzętu jeśli tylko zajdzie taka potrzeba i wiele z takich konsultacji może odbyć się zdalnie, bez konieczności wizyty na miejscu.

Jest to z korzyścią dla Zamawiającego, ponieważ zorganizowanie wizyty inżyniera jest dużo bardziej czasochłonne niż konsultacja zdalna. „Konsultacja diagnostyczna” nie wyklucza wizyty inżyniera na miejscu o ile zajdzie taka potrzeba.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie określenia „wizyt diagnostycznych” określeniem „konsultacji diagnostycznych”, jeśli Wykonawca zapewni format konsultacji zarówno poprzez interakcję zdalną z Zamawiającym w kwestiach bieżącej weryfikacji działania sprzętu, jak i w



**KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita
Polska**

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



wyniku osobistej obecności inżyniera w siedzibie Zamawiającego przy poważniejszych sytuacjach dotyczących poprawności działania sprzętu, nie dających się zdiagnozować inaczej niż naocznie. W świetle nadesłanych informacji, Zamawiający wprowadza zmiany w pkt. 4.1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w Załączniku nr 10_Projekt umowy do SWZ.

Zmiany zostają uwzględnione w pkt. 2 niniejszego pisma.

2) Pytanie:

„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz parametrów, II, pkt 4.

W w/w formularzu Zamawiający wmienia 4 kostki LED niezbędnych do wzbudzenia fluorescencji. Zamawiający wyspecyfikował kostkę RFP (542 /593 nm). Wykonawca posiada dla kanału czerwonego dwie bardzo zbliżone do siebie kostki, w związku z tym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy dla czerwonego kanału Zamawiający wymaga zainstalowania kostki typowo RFP (542 /593 nm), czy może nieco bardziej przesuniętej czerwieni – Texas RED (585/628nm).”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza do zainstalowania kostki świetlne LED o wymienionych lub lepszych jakościowo parametrach. W związku z powyższym, dopuszczamy zarówno kostkę RFP (542 /593 nm), jak i kostkę świetlną LED (o lepszych jakościowo parametrach) dla nieco bardziej przesuniętej czerwieni, tj. Texas RED (585/628nm).

2. Na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) w pkt. 4.1. SWZ „4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:” pkt. 2 Gwarancja i serwis gwarancyjny otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nielimitowaną liczbę napraw i **konsultacji** diagnostycznych, **Wykonawca zapewni format konsultacji zarówno poprzez interakcję zdalną z Zamawiającym w kwestiach bieżącej weryfikacji działania sprzętu, jak i w wyniku osobistej obecności inżyniera w siedzibie Zamawiającego przy poważniejszych sytuacjach dotyczących poprawności działania sprzętu, nie dających się zdiagnozować inaczej niż naocznie;**”;

2) w Załączniku nr 10_Projekt umowy w § 5 Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego ust. 1 pkt. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) nielimitowaną liczbę napraw i **konsultacji** diagnostycznych, **Wykonawca zapewni format konsultacji zarówno poprzez interakcję zdalną z Zamawiającym w kwestiach bieżącej weryfikacji działania sprzętu, jak i w wyniku osobistej obecności inżyniera w siedzibie Zamawiającego przy poważniejszych sytuacjach dotyczących poprawności działania sprzętu, nie dających się zdiagnozować inaczej niż naocznie;**”.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 10_Projekt umowy_9.04.2025_aktualny.

Przestaje obowiązywać Załącznik nr 2_Parametry zamieszczony w dniu 19.03.2025 r.

Udzielone wyjaśnienia są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są dla wszystkich Wykonawców wiążące.



Jednocześnie informuję, że Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, w którym Zamawiający dokonał zmiany (przedłużenia) terminu: składania ofert, otwarcia ofert oraz związania ofertą, w celu zapewnienia potencjalnym oferentom odpowiedniego terminu na przygotowanie ofert, po zapoznaniu się z niniejszą zmianą treści SWZ.

Zmiana treści SWZ (w zakresie przedłużenia ww. terminów) także została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Krzysztof Nieznański,
prof. nadzw., Zastępca Dyrektora
Instytutu Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego PAN