

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofa w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2021-11-18

***Wszyscy uczestnicy
postępowania***

PN- 21/21/10/2


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Serwis aparatu TK SOMATOM DEFINITION AS SN 96703 oraz przeglądy aparatów RTG – znak sprawy PN-21/21/10

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Pytanie dot. odpowiedzi z dnia 12.11.2021 Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie numer 4. Czy dla części 1 Zamawiający wymaga wymiany części łącznie z komponentami specjalnymi tj. lampami RTG i kompletnymi detektorami promieniowania czy z wyłączeniem lamp RTG i kompletnych detektorów promieniowania? Powyższe jest niezbędne do prawidłowej kalkulacji.

Odpowiedź: Z wyłączeniem lampy rtg i detektorów promieniowania.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel