

Instytut Kardiologii

.im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa

Znak sprawy: **ZP.085.2019**

Warszawa, dnia 31.10. 2019 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (02)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień i dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„System telemetryczny z wyposażeniem”

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, dział VI punkt 38, 39 i 40 po odpowiedziach na pytania z dnia 25.10.2019.

Treść

W związku z omyłkowym wpisaniem "i" zamiast od 37 do 41 włącznie oraz zgodą na wykreślenie punktów 37 i 41 wnosimy o zrezygnowanie także z wymogów w punktach 38, 39 i 40 jako niemożliwych do wykonania po usunięciu punktów 37 i 41. Zatem jest sprzeczność w ramach wymagań Zamawiającego. Wymienione wymagania uniemożliwiają nam wzięcie udziału w postępowaniu ponieważ dotyczą bezpośrednio infrastruktury szpitalnej a nie systemu telemetrycznego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający rezygnuje z treści punktów 38, 39 i 40 Załącznika nr 2 do SIWZ.

W załączeniu Załącznik Nr 2 do SIWZ (po zmianach).