

Bytom dnia: 2025-02-11

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 64

Pakiet 20, poz. 1 Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier / folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów, z piktogramem o braku zawartości lateksu, ftalanów – DEHP, BBP, DBP

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 20,

poz. 2 Czy zamawiający dopuści dren min. 150 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga opakowania papier / folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów, z piktogramem o braku zawartości lateksu, ftalanów – DEHP, BBP, DBP

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 20, poz. 3 Czy zamawiający wymaga opakowania papier / folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów, z piktogramem o braku zawartości lateksu, ftalanów – DEHP, BBP, DBP Czy zamawiający dopuści przyrząd z komorą kroplową o wymiarach: dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość komory 8,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pakiet 28 Czy zamawiający dopuszcza szczoteczkę typu wachlarzyk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 35, poz. 2 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający wymaga opakowania folia/folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

f

Zamawiający nie wyraża zgody.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet 87, Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 88, poz. 1-2 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 89, poz. 1-3 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 90, Czy zamawiający wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiarów S-XXXI.

Pakiet 94, poz. 6 Czy zamawiający dopuści wymiary opasek dla dzieci: długość 172 mm, długość części regulacyjnej 9 cm, 14 zakresów regulacji?

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski lub różowy (nieprzezierny kolor), lub biały (mleczny, lekko przezierny kolor), z przezroczystym okienkiem na kartonik z danymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 7 Czy zamawiający dopuści kolor biały (mleczny, lekko przezierny kolor), z przeźroczystym okienkiem na kartonik z danymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 5,11, Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 12 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 21 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 22 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 144 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 94, poz. 24 Czy zamawiający oczekuje podkład na rolce papier/folia czy papier/papier?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje podkładu papier/folia.

Czy zamawiający dopuści rolkę podkładu papier/folia o wymiarze: szer. 50 cm x perf. 80 cm x dł. 50 m (63 listków)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę z odpowiednim przeliczeniem ilości w przypadku dopuszczenia rolek zawierających inną długość nawiniętego podkładu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 11 Czy zamawiający wymaga opakowania papier / folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga papier bister.

Czy zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów, z piktogramem o braku zawartości lateksu, ftalanów – DEHP, BBP, DBP

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 123 Czy zamawiający dopuści worki bez paska klejącego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający
