



Olecko dnia 2024-10-28

32/TP/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 32/TP/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Ośrodka Rehabilitacji Diennej Szpitala Olmedica Sp. z o.o. w Olecku”

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 1

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część 2, Aparat do elektroterapii

Czy Zamawiający, kierując się zasadą uczciwej konkurencji, dopuści możliwość zaoferowania urządzenia o poniższych parametrach? Taki krok umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej oferty zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym, co może przyczynić się do wyższej jakości realizacji zamówienia oraz optymalizacji kosztów:

- Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
- 7" calowy wyświetlacz dotykowy
- Generowane prąd: prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF), prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, TENS burst, TENS do terapii porażań spastycznych), prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP), prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofarydyczny, wg Traberta), prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy.
- Natężenie maks. Pr.interferencyjne, Kotza - 100mA
- Natężenie maks. Pr. TENS - 140mA
- Natężenie maks. Pr.diadynamiczne, impulsowe - 60mA
- Natężenie maks. Pr. Galwaniczny - 40mA
- Tryb przerywany dla prądów unipolarnych
- Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno
- Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
- Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji
- Tryb programowy i manualny
- Programy zabiegowe wbudowane min. 69
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Programy użytkownika min. 50
- Sekwencje zabiegowe wbudowane min.38



- Baza sekwencji użytkownika min.10
- Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Opcja definiowania programów ulubionych
- Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Możliwość przeprowadzenia testu elektrod
- Wyposażenie standardowe: elektrody do elektroterapii 6x6-4szt, elektrody do elektroterapii 7,5x9-2szt, pokrowce wiskozowe do elektrod 6x6-8szt, 7,5x9-4szt, pasy rzepowe 40x10-2szt, 100x10-2szt
- Zasilanie 230V/40W
- Gwarancja: 2 lata na sterownik
- Certyfikat producenta potwierdzający przeszkolenie z obsługi aparatu oraz zasad bezpieczeństwa
- Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych
- Instrukcja w języku polskim
- Specjalistyczny stół producenta aparatu, wyposażony w 2 półki z dodatkowym wyposażeniem. Szerokie i estetyczne koła zapewniają mobilność stołu, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe pozwalają na stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów. Dolna półka z możliwością regulacji wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na zapytania do SWZ zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.olmedica.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 32/TP/2024 z dnia 23/10/2024r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
"OLMEDICA" w Olecku Sp. z o.o.
mgr Katarzyna Mróz