

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**  
Numer referencyjny: **ZP.3311.49-8.2024**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Zadanie 1, poz. 5, 6, 9. Czy zamawiający wydzieli poz.5,6,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Zadanie 2. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. **Pytanie:** „Zadanie 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej

*posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. **Pytanie:** „Zadanie 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

9. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Pytanie:** „Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerywania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia. Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do mieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

12. **Pytanie:** „Zadanie 3, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - standardowy , łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

13. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?”

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

14. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczełu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

15. **Pytanie:** „Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

16. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

17. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trój płaszczyznową – w

*kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

18. **Pytanie:** *„Zadanie 3, poz. 3. Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

19. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 2. Czy zamawiający dopuści opaski o dł ok. 172 mm?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

20. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 3. Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 240 mm?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

21. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

22. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 4. Czy zamawiający dopuści produkt jałowy?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

23. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

24. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

25. **Pytanie:** *„Zadanie 6, poz. 1-7,9,11,13. Czy zamawiający wydzieli poz. 1-7,9,11,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

26. **Pytanie:** *„Zadanie 9, poz. 1. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

27. **Pytanie:** *„Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

28. **Pytanie:** *„Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

29. **Pytanie:** *„Czy zamawiający dopuści objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?”*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

30. **Pytanie:** „Zadanie 9, poz. 2. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

31. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeput na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

32. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach: całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

33. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści objętość komory kroplowej: 10,56 cm<sup>3</sup> (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

34. **Pytanie:** „Czy zamawiający dopuści dren o długości 150 cm i analogicznym do rozmiaru wypełnieniu?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

35. **Pytanie:** „Zadanie 18, poz. 6-7. Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

36. **Pytanie:** „Czy zamawiający wymaga 50 i 1500 opakowań po 100 szt?”

**Odpowiedź:** Tak.

37. **Pytanie:** „Zadanie 19, poz. 1-3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

38. **Pytanie:** „Zadanie 21, po. 1-2. Czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

39. **Pytanie:** „Zadanie 27, poz. 1. Czy zamawiający dopuści wachlarzyk o wymiarze – 20 cm dł. Całkowita , od nasady do czubka rdzenia.30 mm, szerokość części wachlarzowej ok.20 mm, patyczek (część chwytana) ok. 16,8 cm?”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

40. **Pytanie:** „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem przeliczenia ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

41. **Pytanie:** „Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/

