

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 23/23PN/2020/24

Bytom dnia: 2020-09-14

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-09-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu, nr sprawy 23/23PN / 2020.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1

Pakiet 42

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wapno sodowane do zastosowań medycznych, absorbent CO₂, zmieniające zabarwienie z białego na fiolet, niekaustyczne, niepyłące, w postaci granulek 2-5mm, twardość 95%, zawartość wilgoci 12-19g%, absorpcja CO₂ min 19%, pakowane w kanistry z rączką 4,5 kg (5 litrów).

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

