

Bytom dnia: 2024-08-26

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa preparatów myjących i dezynfekujących dla potrzeb
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 20/20PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

Dot. termin składania ofert

Z uwagi na krótki czas na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w celu skompletowania ofert od producentów/dystrybutorów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. SWZ Rozdział IX pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty kart charakterystyki, kart charakterystyki produktu leczniczego oraz dokumentów rejestracyjnych zaoferowanych preparatów (dopuszczenia do obrotu dla produktów biobójczych i leków oraz certyfikatów i deklaracji zgodności dla wyrobów medycznych) i możliwość przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w późniejszym etapie postępowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje iż wyżej

wymienione dokumenty będą na wezwanie zamawiającego.

Dot. formularza cenowego

Prosimy Zamawiającego o możliwość dodania pozycji do formularza asortymentowo-cenowego przez Wykonawcę, w momencie kiedy wyceniany preparat posiada osobno spryskiwacz bądź pompkę, które są na innej stawce VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w takim wypadku prosimy o wpisanie obu pozycji zamawiający rozstrzyga wartość brutto całego pakietu.

Dot. formularza cenowego

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający potwierdza, iż należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

Pakiet nr 1, poz. 2

W związku z aktualizacją dokumentacji w zakresie preparatu opisanego w/w pozycji prosimy o dopuszczenie preparatu wykazującego pełne działanie sporobójcze zgodnie z EN 17126 do 30 min oraz grzybobójcze zgodnie z EN 13624 i EN 14562 do 30 minut. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów w SWZ.

Pakiet nr 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *Medisept Dry Wipes* o gramaturze 45 g/m² i wymiarach ściereczki 16 x 30 cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie zamawiający wymaga chusteczek zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 14, poz. 1

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu opisanego w/w pozycji prosimy o dopuszczenie preparatu działającego na Tbc w czasie 60 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów w SWZ.

Pakiet nr 18, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *OneSurface Wipes* o gramaturze 45 g/m². Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *Velox Wipes NA* o wymiarach ściereczki 13 x 20 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pod warunkiem spełnienia

pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 18, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby chusteczki posiadały opinię producenta głowic USG i dopuszczenie przedstawienia opinii producenta chusteczek potwierdzającej możliwość stosowania chusteczek do głowic USG.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pakiet nr 18, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek typu *Velox Wipes* o wymiarach ściereczki 13 x 20 cm. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ.

Pakiet nr 21, poz. 1

W związku z zakończeniem produkcji preparatu opisanego w w/w pozycji zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Aniosgel 800* gotowego do użycia preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 80g, odpowiedni dla skóry wrażliwej, bez substancji zapachowych i barwników. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w czasie 30 sek. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w czasie 90 sek. Spektrum B, F, Tbc, V(Noro, Adeno, Rota) w czasie 30 sekund z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 22, poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu *Velodes Silk* na bazie alkoholu (63,7 g etanolu oraz 6,3 propan-2-ol, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym, sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz w zakładach użyteczności publicznej. Wykazuje działanie bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Higieniczna dezynfekcja rąk : 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 15 sek; chirurgiczna dezynfekcja: 2 x 1,5 ml w czasie 2 x 90 sek. + przedłużone działanie do 3 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga preparatu o zawartości alkoholu 75-85%.

Pakiet nr 26, poz. 3,4

Z wiedzy oferenta preparaty barwione nie są przeznaczone do stosowania u noworodków i niemowląt. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu stosowania preparatu u noworodków i niemowląt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający wymaga preparatu zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 27, poz. 7

Prosimy o informacje czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli preparat w postaci emulsji. Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycji typu

Octenisan emulsja myjąca nie występuje w postaci żelu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający miał na myśli emulsję.

Dot. projektu umowy §3 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §3 ust. 5 w sposób następujący :

*„5. W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godzin od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy, **przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.**”*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający