

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**

Ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **Wykonanie usługi okresowych przeglądów technicznych, bieżących napraw i konserwacji aparatury medycznej dopuszczające tę aparaturę do bezpiecznego użytkowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** – znak sprawy **4/TP /2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**UCZESTNIK 1**

**Pytanie 1 Dot. Pakiet nr 23**

Czy Zamawiający wymaga, aby usługę przeglądu oraz naprawy aparatury opisanej w Pakiecie nr 23 – Maceratory producenta HAIGH ENGINEERING Ltd. były wykonane przez autoryzowany serwis producenta sprzętu? Zapewni to należyte wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami i standardami producenta HAIGH ENGINEERING Ltd.

**Odpowiedź: zamawiający nie wymaga.**

**UCZESTNIK 2**

**Pytanie 1**

SWZ Pkt.11.5 Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W jakim celu Zamawiający wymaga dostarczenia tego dokumentu?

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt. 11.5**

**Pytanie 2 Załącznik nr 4 do SWZ, pakiet 21.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie numerów seryjnych urządzeń wskazanych w pakiecie. Informacja ta jest niezbędna w celu doboru koniecznych części serwisowych, niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów technicznych.

**Odpowiedź:**

**Fotel toaletowo-prysznicowy – P03214585**

**Wanna Rhapsody – VEPL 00008178**

**Podnosnik kąpielowy Miranti – CEB 8101-01**

**Carevo- P0679529**

**Podnosnik mobilny Maxi Move – 300247657**

**Łóżka: P0762171, P0 762172**

**Pytanie 3 SWZ Pkt 5.1 ppkt. 5.1.12 i ppkt 5.1.13 oraz Załącznik nr 5 do SWZ pkt. 8, 21 i 22.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów dotyczących legalizacji urządzeń Usługa legalizacji wykonywana jest przez firmę zewnętrzną i Wykonawca musi oszacować koszt wykonania tej legalizacji na podstawie szacunkowych cen, co wpłynie niekorzystnie na zaproponowaną w ofercie wartość końcową przeglądów.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4 SWZ Pkt 5.1. ppkt 5.1.11 oraz Załącznik nr 5 do SWZ pkt. 20.**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści tych punktów na: „Każdorazowa zmiana pracowników, wykazanych na liście, uprawnionych do wykonywania serwisu wymaga złożenia aktualizacji wykazu na 5 dni roboczych przed terminem wykonania przeglądu.” Wykaz osób wykonujących przeglądy, wraz posiadanymi certyfikatami uprawniającymi te osoby do przeprowadzenia przeglądów, zostaną przekazane Zamawiającemu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

### UCZESTNIK 3

Prosimy o wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 36 do osobnego pakietu co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

**Odpowiedź: zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego [www.paliatywna-suwalki.pl](http://www.paliatywna-suwalki.pl).  
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 4/TP/2023 z dnia 19/07/2023r.

Z poważaniem

**Irena Mickiewicz**

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach