

Siedlce dnia: 2024-09-17

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa ambulansu typu C do SPZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: ambulans/472/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Ad. Nosze główne, Transporter noszy głównych

1.

Ad 11 . NOSZE GŁÓWNE

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze renomowanej firmy STRYKER USA – model 6100 M1 pozbawione funkcjonalności - fabrycznej półki o udźwigu min. 15 kg. pod wezwłowie noszy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak.

2.

Ad 15. NOSZE GŁÓWNE

Dotyczy „ Podciśnieniowa poduszka stabilizująca głowę pacjenta z możliwością pozycjonowania. Połączenie poduszki z podgłówką za pomocą systemu zatraskowego umożliwiającego łatwą dezynfekcję.”

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie na zasadzie równoważności noszy renomowanej firmy STRYKER USA – model 6100 M1 pozbawione funkcjonalności - „ Podciśnieniowa poduszka stabilizująca głowę pacjenta z możliwością pozycjonowania. Połączenie poduszki z podgłówką za pomocą systemu zatraskowego umożliwiającego łatwą dezynfekcję”?. Parametr ten jest cechą charakterystyczną noszy Stollenwek. Zrezygnowanie z tego parametru pozwoli zwiększyć

konkurencyjność oraz rozszerzy szanse na uzyskanie jak najlepszej oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 2

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3.

Ad 5 Transporter pod nosze

Dotyczy „Automatyczny system zapobiegający złożeniu goleni, gdy kółka najazdowe nie opierają się o lawetę (niewymagający od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. wciskania przycisków zwalniania blokad) lub możliwość regulacji długości goleni przednich (bez udziału serwisu), na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności składanych ofert dopuści nosze renomowanej firmy STRYKER USA Model 6100

- dostarczane z transporterem wyposażonym w system zapobiegający złożeniu się goleni, gdy kółka najazdowe nie opierają się o stół medyczny (lawetę), które dodatkowo operator może kontrolować na każdym etapie załadunku i wyprowadzania noszy za pomocą blokad zwalnianych ręcznie (system jest bezpieczny dla pacjenta oraz obsługującego system transportowy). Zaproponowane rozwiązanie techniczne (blokada sterowania ręczna) zabezpiecza kręgosłup operatora noszy na każdym etapie załadunku, wyprowadzania i użytkowania noszy poza ambulansem.

- pozbawione regulacji wysokości najazdowej goleni przednich transportera, ponieważ konstrukcja ambulansu oraz zastosowanie stołu medycznego tzw. lawety jest w taki sposób dopasowana (unifikacja wymiarowa opisana w normie EN 1789), że opisana regulacja nie jest wymagana.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 3

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4.

Ad 6 .TRANSPORTER POD NOSZE

Dotyczy „Wyposażony w min. 2 kółka jezdne skrętne w zakresie o 360°, minimum 2 kółka wyposażone w hamulce (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu).

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności składanych ofert dopuści nosze wraz z transporterem noszy renomowanej firmy STRYKER USA Model 6100 w którym transporter wyposażony jest w 4 kółka jezdne o średnicy 150 mm w tym 4 skrętne w zakresie 360o z blokadą 2 kółek do jazdy na wprost, hamulce na dwóch kółkach tylnych bez funkcji blokady obrotu i skrętu kółek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 4

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

5.

Ad 11. TRANSPORTER POD NOSZE

Dotyczy „Regulacja wysokości transportera wspomagana mechanicznie, np. poprzez sprężyny gazowe.”

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności składanych ofert dopuści nosze wraz z transporterem noszący renomowanej firmy STRYKER USA Model 6100 z regulacją wysokości transportera na siedmiu poziomach, rozstawianie goleni przednich przenoszących większość obciążenia wspomagane siłownikiem, a tylnych grawitacyjne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 5

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

AD. DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY

6.

AD.13

Dotyczy – „Łóżki zewnętrzne (twarde z funkcją defibrylacji/regulacji poziomu energii) przystosowane do defibrylacji dorosłych i dzieci?”

Czy Zamawiający wymaga od dostawcy, dostarczenia wraz z defibrylatorem tzw. nakładek pediatrycznych/neonatologicznych zmniejszających powierzchnię styku elektrod z ciałem pacjenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego.

Ad. 6

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

7.

Ad 13.

Dotyczy – „Łóżki zewnętrzne (twarde z funkcją defibrylacji/regulacji poziomu energii) przystosowane do defibrylacji dorosłych i dzieci?”

Czy Zamawiający mając na względzie sytuację w której wykonywane jest RKO u dziecka, wymaga od defibrylatora dostarczania energii defibrylacji poprzez nakładki pediatryczne/neonatologiczne tożsamej z energią wybraną w defibrylatorze tzn. bez potrzeby wykonywania dodatkowych obliczeń?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego.

Ad. 7

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

8.

Ad 13

Dotyczy – „Łóżki zewnętrzne (twarde z funkcją defibrylacji/regulacji poziomu energii) przystosowane do defibrylacji dorosłych i dzieci?”

Czy Zamawiający wymaga, by manipulatory, pokrętła, przyciski umieszczone na tzw. twardej łóżkach defibrylatora umożliwiały pełną obsługę defibrylatora w tym wybór energii defibrylacji, ładowanie, defibrylację oraz zlecenie wykonania/zatrzymania wydruku na żądanie, także przy założonych/za-

instalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego.

Ad. 8

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie.

9.

Ad 35

Dotyczy „Uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w karetkie z funkcją zasilania defibrylatora z możliwością ładowania akumulatora po wpięciu aparatu do uchwytu (uchwyt zgodny z aktualną normą PN EN 1789 + A2 lub równoważną)”

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści Defibrylator Lifepak 15 renomowanej firmy Stryker, który posiada certyfikowany uchwyt karetkowy (zgodność z normą PN-EN 1789) a ładowanie akumulatorów w ambulansie odbywa się za pomocą dwustanowiskowej ładowarki 230V lub 12V ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego.

Ad. 9

Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Naw
Monika Nawacka