

EP.26.45.2025

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2025r.

ODPOWIEDZI
na zapytania do SWZ.

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i sukcesywną dostawę sprzętu do angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Szpitala Wolskiego Sp. z o. o.**” – sprawa nr EP/42/2025/BT.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywną dostawę sprzętu do angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Szpitala Wolskiego Sp. z o. o.**” – sprawa nr EP/42/2025/BT, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy w zadaniu nr 10 Zamawiający wymaga aby cewnik posiadał 17cm odcinek typu „half pipe” oraz płaski popychacz co niweluje interakcje balonów oraz stentów z cewnikiem przedłużającym podczas zabiegu?

Odpowiedź: TAK.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Beata Tarach