

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

Znak sprawy: sprzętmedyczny2/282/2019

Siedlce dnia: 2019-09-30

**POWIADOMIENIE  
o zmianach SIWZ**

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:  
**Dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nr 2 .**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

*Zamawiający modyfikuje treść SIWZ - załącznik nr 4 minimalne wymagania techniczne, w następującym zakresie:*

**Zadanie nr1 DOSTAWA I INSTALACJA PLATFORMY ELEKTROCHIRURGICZNEJ Z SYSTEMEM ZAMYKANIA NACZYŃ ORAZ RESEKCJĄ BIPOLARNA**

*Zmienia się zapisy w tabeli: Zestawienie parametrów techniczno - eksploatacyjnych, część - Wyposażenie dodatkowe platformy chirurgicznej, w następujący sposób:*

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
Wyposażenie dodatkowe platformy chirurgicznej				
1.	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zakrzywione, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem - 6 sztuk	TAK		
2.	Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21 cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powłoką antyadhezyjną - <del>20</del> 6 sztuk	TAK		
3.	Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 23 cm, średnica trzonu 5 mm, szczęki zakrzywione, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem - <del>20</del> 6 sztuk	TAK		

4.	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem - 20-6 sztuk sztuk	TAK		
5.	Jednorazowa pętla wolframowa 20mm x 15mm, dł. 13cm - 50- 10 sztuk sztuk	TAK		
6.	Uchwyt monopolarny wielorazowy z elektrodą nożową, dwoma przyciskami cięcia i koagulacja, przełącznikiem kołyskowym, przewodem o dł. 4,6 m, złączem trójbolcowym kompatybilnym z generatorem Valleylab oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4mm - 50- 10 sztuk sztuk	TAK		

Zadanie nr 4 DOSTAWA PRZEWÓZNEGO APARATU RTG - 1 SZT.

Wykreśla się z tabeli: Zestawienie parametrów techniczno - eksploatacyjnych, pozycje nr 11 oraz 27 - 34.

Lp.	Parametr/warunek	Wartość wymagana / punktacja	Wypełnia oferent	
			Potwierdzenie wymagalności (tak/nie)	Uwagi
11.	Obsługa wszystkich parametrów ekspozycyjnych oraz systemu akwizycji o obróbki obrazu zintegrowana w jednym dotykowym ekranie typu „Touch Screen” min. 19”	TAK	TAK	
27.	Oprogramowanie narzędziowe min.: — elektroniczne blendowanie, — filtry przestrzenne, — regulacja jasności i kontrastu, — adnotacje o obrazach i funkcje pomiarowe, — obracanie obrazu z automatycznie dodawanym znacznikiem obrotu, — powiększanie obrazów.	TAK	TAK	
28.	Wyświetlanie mozaiki obrazów ≥ 16 obrazów	TAK, PODAĆ	TAK	
29.	Współpraca z systemem RIS i PACS	TAK	TAK	
30.	Interfejs DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Storage, Print, Modality, Worklist	TAK	TAK	
31.	Dane obrazowe wysyłane z rozdzielczością min. 16-bitów	TAK	TAK	
32.	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR	TAK	TAK	
33.	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku	TAK	TAK	
34.	Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) z możliwością późniejszego uzupełnienia danych pacjenta	TAK	TAK	

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
mgr Mirosław Leśkiewicz