

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa ambulansu typu C do SPZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: ambulans/480/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1, dot. Nosze główne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze ze specjalnie wyprofilowanym materacem zapewniającym pełne bezpieczeństwo i komfort pacjenta oraz odporność m.in. na wodę, krew, piach i plamy?

Pytanie 2, dot. Nosze główne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze z poręczami składanymi wzdłużnie?

Pytanie 3, dot. Nosze główne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze bez półki pod wezglowiem?

Pytanie 4, dot. Transporter pod nosze

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter charakteryzujący się poniższymi parametrami:

Wykonany z anodyzowanego aluminium dodatkowo lakierowane, zabezpieczone przed korozją, nie brudzą rąk i ubrań

Długość 1970 mm

Szerokość 550 mm

Wysokość załadunkowa 700 mm

Średnica kół 152 mm

Waga 28 kg

Limit obciążenia 270 kg

Podwójne zabezpieczenie transportera do podłogi - dwa zamki zatrzaskowe mocujące nosze

Cztery kółka jezdne, antystatyczne o średnicy 152 mm, obrotowe/skrętne w zakresie o 360 stopni, 2 kółka wyposażone w hamulce

Licznik złożień

Ergonomiczne dźwignie kodowane kolorami

Zabezpieczenie przed samoczynnym opuszczeniem się transportera podczas wciśnięcia dźwigni zwalniającej

Funkcja unoszenia transportera bez użycia dźwigni

Pośrednie kółka załadownicze

Możliwość montażu noszy w obu kierunkach

Odblaskowe elementy ramy

Nakładki ochronne goleni przednich i tylnych

System automatycznego składania się przedniej i tylnej goleni podczas załadunku.

Blokada pozycji złożonej goleni blokuje obie golenie transportera w pozycji 1 i pozycji 3

System zabezpieczający przed przypadkowym wyjechaniem noszy z ambulansu w przypadku nierozłożenia się przednich goleni.

Regulacja wysokości na 7 poziomach

Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga na 3 poziomach wysokości

Zgodność transportera i noszy z normami PN EN 1865 oraz PN EN 1789

Pytanie 5 dot. Krzesiśko kardiologiczne:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzesiśko wyposażone w składane 2 pary tylnych rącek i parę uchwytów przednich wysuwanych z regulacją wysokości na 2 poziomach?

Pytanie 56dot. Krzesiśko Kardiologiczne

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego krzesiśko, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 159 kg? Chcemy zauważyć, że to tylko o 1 kg mniej od wartości aktualnie wymaganej przez Zamawiającego.

Pytanie 7 dot. Plecak ratowniczy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności plecak o poniższych parametrach:

- Przeznaczony jest dla zespołów karetek reanimacyjnych i wypadkowych oraz specjalistycznych grup

ratowniczych. -Wykonany z CORDURY® ma konstrukcję wielokomorową, która zapewnia właściwą segregację sprzętu. Plecak posiada 2 uchwyty transportowe do przenoszenia w ręku, które rozmieszczone są w sposób umożliwiający transport w pozycji pionowej (uchwyt na szczycie plecaka) oraz poziomej (uchwyt boczny).

-System transportu na plecach składa się z dwóch szelek z elementami odblaskowymi, pasa biodrowego oraz paska spinającego szelki na wysokości klatki piersiowej. Wszystkie te elementy posiadają regulację umożliwiającą dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb.

-W przypadku przenoszenia plecaka w ręku system

szelek można schować w przeznaczoną do tego celu specjalną kieszeń. Plecak wyposażony jest liczne elementy odblaskowe na wszystkich kieszeniach oraz uchwyty umożliwiające troczenie ekwipunku dodatkowego.

Wszystkie suwaki są plastikowe, bryzgoszczelne i samonaprawialne.

- Plecak posiada wyjmowane ampularium na 80 ampułek o różnych rozmiarach, oraz dodatkowe ampularium na 9 ampułek

- z możliwością zamocowania do pasa:

o wielokomorowa konstrukcja zadaniowa, w tym komora intubacyjna umożliwiające posegregowanie wyposażenia (rurki, łopatki, rękojeść)

o dodatkowe, umocowane na rzep organizery na inny sprzęt

medyczny (worki, pulsoksymetry, etc.)

o konstrukcja umożliwia pranie ręczne lub automatyczne

o konstrukcja usztywniona pianką zmiękczejącą, łatwa do usunięcia z zasuwanych komór

o górna kieszeń zewnętrzna posiada izolowaną przestrzeń do przechowywania listy wyposażenia formatu A4

o dolna kieszeń zewnętrzna przeznaczona na cztery komplety płynów infuzyjnych z aparatami do tłoczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE:

(z uwzględnieniem wszystkich wystających elementów):

o Wysokość: 62 cm

o Szerokość: 52 cm

o Głębokość: 30 cm

Pytanie 8 dot. Ssak akumulatorowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ssak z regulacją podciśnienia w zakresie 3 do 80 kPa?

Pytanie 9 dot. Ssak akumulatorowy

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ssak o maksymalnym przepływie 25l/min.?

Pytanie 10, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator z dostępnymi 20 poziomami energii defibrylacji zewnętrznej?

Pytanie 11, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego defibrylator z regulacją prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA?

Pytanie 12, dot. Defibrylator transportowy:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej 6,5", z rozdzielczością 640 x 480 pikseli, z automatyczną i ręczną zmianą trybu i układu wyświetlania informacji w trybach pracy: monitorowania EKG, monitorowanie 12 odpr., RKO - informacji o jakości uciśnień klatki piersiowej i wentylacji, trendy, monitora funkcji życiowych, archiwum, monitorowania pacjenta urazowego)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 - 12

Tak. Dopuszcza się takie rozwiązania.

Zamawiający