



*Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Chełmie*

ZP 3311/10-2020

Data: 2020-03-05

dotyczy: zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zakup i sukcesywne dostawy staplerów liniowych i okrężnych

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Do ww. zaproszenia do składania ofert wpłynęły pytania:

1. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3, 4 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków ze zszywkami obłymi, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,5 mm, technologia formowania zszywek standardowa.
2. Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o długości 60 mm.
3. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów o średnicy 29, 32 i 34 mm, zszywki tytanowe obłe, wysokość zszywek 4,8 - 5,0 mm, z regulowanym dociskiem tkanki zakresie 1,0 – 2,5 mm.
4. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie staplerów ze standardowym kowadełkiem.

Odpowiedź Ad. 1-4: Zamawiający nie wyraża zgody, wszystkie szczegółowe wymagania i parametry oczekiwane przez Zamawiającego zostały określone w formularzu asortymentowo - cenowym.

*Z poważaniem
Dyrektor dr Kamila Ćwik (-)*