

Bytom dnia: 2025-06-12

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Zapytania – Dotyczy Pakiet 4

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie testu zawierającego 20 alergenów?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza,**

2. Czy Zamawiający wymaga sprzętu zapewniającego dwukierunkową transmisję danych z LIS?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający Dopuszcza, nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający dopuści testy z możliwością wykonywania z maksymalnie 300 ul surowicy (o 100ul więcej niż wymagane)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści testy wykazujące brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami innych klas (IgA, IgG, IgM)?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga również przeciwciał klasy IGD.**

Zamawiający

Koordinator Zamówień Publicznych

*mgr Magdalena Pudło*