

Bytom dnia: 2025-04-28

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

Pytanie nr 1 dotyczące pakietu nr 265:

Wyposażenie do diatermii ERBE VIO, argonu APC oraz ewakuatora dymów IES

Wszystkie specjalistyczne wyroby medyczne firmy Erbe Elektromedizin GmbH są zaopatrzone w szczegółową instrukcję w języku polskim, która zawiera wszystkie istotne dla Użytkownika informacje dotyczące bezpiecznego zastosowania, dekontaminacji, czyszczenia, dezynfekcji, utylizacji.

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia wszystkich instrukcji obsługi w języku polskim wraz z wyposażeniem na etapie dostawy? Będzie to tożsame z

zastosowaniem się do żądania Zamawiającego: „Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych przedmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa wraz z ofertą: instrukcji obsługi w języku polskim.”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie wszystkich instrukcji obsługi w języku polskim wraz z produktem.

Pytanie nr 2 dotyczące pakietu nr 265, do pozycji 39:

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli pincetę bipolarną, nieprzywierającą (nieadhezyjną), bagnetową, z czubami o grubości 2 mm i długości 6 mm (+/-2 mm), tępą zakończonymi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Taka, Zamawiający miał na myśli pincetę bipolarną, nieprzywierającą (nieadhezyjną), bagnetową, z czubami o grubości 2 mm i długości 6 mm (+/-2 mm), tępą zakończonymi

Zamawiający

Koordinator Zamówień Publicznych

mgr Magdalena Pudło