

# UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85)7450595

Białystok, 2023-04-11

*Wszyscy uczestnicy  
postępowania*

**PN- 16/23/29/3**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli i wyposażenia do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – znak sprawy PN-16/23/29**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

## **Treść pytań:**

Poz. 37 Stanowisko do pielęgnacji niemowląt – Czy Zamawiający dopuści stanowisko o poniższych parametrach: Stanowisko umożliwiające badanie noworodka, jego mycie oraz pielęgnację, do użytkowania na oddziałach szpitalnych Stanowisko dostępne w wersji lewej oraz prawej – lewe z przewijakiem po lewej stronie, prawe z przewijakiem po prawej stronie – rozmieszczenie w pom. wg zestawienia asortymentowo – cenowego System posiadający budowę modułową, moduł główny (wanienka z przewijakiem) umożliwiający także w przyszłości rozbudowę o kolejne moduły systemu takie jak przewijak wolnostojący dodatkowy lub moduł umywalki wolnostojącej Stanowisko zapewniające wysokie bezpieczeństwo noworodka między innymi poprzez ścisłe wydzielenie stref pielęgnacyjnych i odkładkowych, przy tym gwarantujące ergonomiczną pracę dla personelu medycznego i rodziców Moduły szafkowe wykonane z materiałów umożliwiające łatwe utrzymanie czystości i ich dezynfekcję Moduł przewijaka z wanienką musi posiadać podkonstrukcję metalową usztywniającą – rama malowana z regulowanymi nóżkami wysokości 100 mm. Regulacja w zakresie +/- w zakresie 10 mm. Długość stanowiska min. 1500 -1600 mm Szerokość stanowiska max 800 mm Długość części kąpielowej min. 800-900 mm Szerokość części kąpielowej min. 600 mm Długość części pielęgnacyjnej min. 700 mm Szerokość części pielęgnacyjnej min. 700-800 mm Monolityczny blat dla części kąpielowej i pielęgnacyjnej wykonany z żywicy polimerowych zbrojonych włóknem szklanym. Powierzchnia kontaktowa wykonana z żelkotu sanitarnego Wysokość blatu nad podłogą min. 850 - 900 mm Wanienka do kąpania i miejsce do przewijania z materacem, zintegrowane na jednym blacie Wanienka z baterią zlewozmywakową z prysznicem. Bateria czerpalna zlewozmywakowa z prysznicem , z zestawem połączeniowym Szafki i szuflady pod blatem lakierowane o kształcie frontów dopasowanych do kształtu blatu, kosze na odpadki i pieluchy Wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone przed działaniem wilgoci - impregnowane i lakierowane Liczba szuflad 3, szuflady z funkcją łatwego domykania z organizatorem Pod blatem pielęgnacyjnym szuflada do wagi z mocowaniem Krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci, impregnowane i lakierowane Produkt posiada zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej i znakowane znakiem CE. Producent stanowiska posiada certyfikat jakości na zgodność z normą ISO 13485:2003 lub równoważna

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**KIEROWNIK**  
**Sekcji Zamówień Publicznych**  
*[Podpis]*  
**mgr Iwona Kisiel**