

## Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

1. Czy zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 1 dopuści jednorazowe poszerzadła balonowe do poszerzania zwożeń jelitowych, przełykowych i odźwiernika o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu, z możliwością wprowadzania balonu po przewodniku, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, długość robocza 180cm i 240 cm, współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2.8 mm, średnica cewnika 7,5 Fr ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 3 dopuści Szczypce biopsyjne bez igły; długość 160 cm; średnica zewnętrzna 1.8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm. Każda ze szczęk posiada dwa otwory oraz ząbki na obwodzie. Konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, produkt sterylny, pakowany w pojedyncze pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycja 4 dopuści Szczypce biopsyjne z igłą; długość 160 cm; średnica zewnętrzna 1.8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2.0 mm. Każda ze szczęk posiada dwa otwory oraz ząbki na obwodzie. Konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, produkt sterylny, pakowany w pojedyncze pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 pozycja 1 dopuści ligator wielopodwiązkowy do endoskopowego podwiązywania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek w kolorze niebieskim (przedostatnia w kolorze ecru), wykonanego z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, z głowica wykonaną z przezroczystego tworzywa zapewniającego szerokie pole widzenia - opaski zamontowane po proksymalnej stronie głowicy, nie powodując efektu „obrazu tunelowego” w obrazie endoskopowym, wyposażone w giętki dren przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, zestaw współpracuje z endoskopami o średnicy końcówki od 8.6 mm do 11.5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu 4 pozycja 1 dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku pozwalająca na resekcję zarówno polipów, jak i śluzówki, kształt okręgu, średnica pętli 10mm, 15mm, 20mm, 25mm i 33mm, średnica drutu 0.42mm, średnica osłonki 2.4mm, wewnętrzna strona osłonki pokryta jest tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli, długość robocza narzędzia 240cm, min. średnica kanału roboczego 2.8mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

6. Czy Zamawiający w Zestawie 6 pozycja 1 dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych. Trzy rodzaje szczęk Standard, Large i Jumbo pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.2mm oraz 2.4 mm współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm oraz o średnicy szczęk 2.8mm

współpracujące z kanałem roboczym 3.2mm, o długość 240cm; kolor cewnika żółty (160cm) lub pomarańczowy (240cm) w zależności od długości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

7. Czy Zamawiający w Zestawie 7 pozycja 1 pozycja 1 dopuści igłę do ostrzykiwania z regulowaną długością ostrza, średnica kateteru 1,8 mm, długość kateteru 200 cm, średnica igły 23 lub 25, maksymalna długość ostrza 4 lub 6 mm lub średnica kateteru 2,3 mm, długość kateteru 240 cm, średnica igły 23 lub 25, maksymalna długość ostrza 4 mm oraz igłę do skleroterapii z regulowaną długością ostrza, średnica kateteru 2,3 mm, długość kateteru 240 cm, średnica igły 23 lub 25, maksymalna długość ostrza 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk /-/*