

Bytom dnia: 2025-02-10

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 58

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dorosłych, o długości drenu 210 cm, grubość drenu CH 12, wykonany z miękkiego przezroczystego PVC, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienie śluzówki, długość końcówek min 15mm, jednorazowego użytku, uniwersalna końcówka do podłączania do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, **czyste mikrobiologicznie, opakowanie w folia-folia**, na opakowaniu jednostkowym nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 21 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: cewnik do podawania tlenu przez nos neonatologiczny, jednorazowego użytku, **czysty mikrobiologicznie**, mocowanie z tyłu głowy, posiadający uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, rozstaw wąsów pomiędzy drenami do nosa 0,5 cm i długość 0,5 cm **długość drenu 2100 mm**

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 21 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, minimalna długość drenu 210 cm, grubość drenu CH 12, wykonany z miękkiego przezroczystego PVC, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienie błon śluzowych, długość końcówek min 10mm, jednorazowego użytku, uniwersalna końcówka do podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, **czyste mikrobiologicznie, opakowanie w folia-folia**, na opakowaniu jednostkowym nazwa, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol "jednorazowego użytku".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 34 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, ukośne złącze 22F/ 15M - 22M/ możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 29ml, objętość **oddechowa 90ml**, waga do 20g, pakowany pojedynczo, sterylne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 129 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: obwód oddechowy pacjenta do aparatu do znieczulenia, kompresyjny, jednorazowy. Długość rur po rozciągnięciu 200cm z łącznikiem Y, trzecia rura (150cm) z workiem oddechowym 3l (bez lateksu), **czysty mikrobiologicznie**.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy był sterylne.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 129 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: obwód oddechowy pacjenta do aparatu do znieczulenia, kompresyjny, jednorazowy. Długość rur do 200cm z łącznikiem Y, trzecia rura (do 150cm) z workiem oddechowym 1L (bez lateksu), **czysty**

mikrobiologicznie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby obwód oddechowy był sterylny.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu 171 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: układ jednorazowy do resuscytacji o długości 1,2m przeznaczony do aparatów Neopuff, Panda, Giraffe, Resuscitation W skład wchodzi:

- ramię wdechowe **niepodgrzewane** o długości 1,2 m
- zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym okręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz podwójne obrotową regulacją położenia przy zastawce
- Zatyczki uszczelniające
- łącznik umożliwiający dopasowanie do Panda, Giraffe, Resuscation.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu 171 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: maseczki twarzowe - silikonowe, jednorazowe. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego 00, 0, 1, 2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu 225 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: filtr o typie filtracji hydrofobowej, mechanicznej o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99,999% o wadze 30g, przestrzeni martwej 63mm, o objętości oddechowej od 200-1200mm, bez nadruku na obwodzie filtra, wartościami minimalną i maksymalną objętością oddechową, posiadający standardowe złącze 22F-22M/15F.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

