

Numer postępowania: ZP-271-15/23

Kraków, dnia: 23.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawa sprzętu medycznego”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 w zw. art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Pytanie dotyczy zadania nr 1 W związku z obowiązywaniem na terenie RP patentów obejmujących materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza Medrad Stellant, chroniących własność intelektualną firmy Bayer (EP1687049 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i tłoki do strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”, EP3326673 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i trzpienie strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”). Obydwa patenty zostały prawidłowo walidowane (informację o złożeniu tłumaczenia patentów ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego odpowiednio 31 października 2019 r. i 31 marca 2020 r.) i pozostaną w mocy do dnia 23 listopada 2024 (Patenty) informujemy, że opisany w przez Zamawiającego asortyment narusza prawo patentowe, został wprowadzony na rynek i jest dystrybuowany bez zgody firmy Bayer oraz nie podlegał żadnej walidacji przez producenta wstrzykiwacza. Uprzejmie informujemy, że do posiadanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza właściwym produktem są: Jednorazowe, sterylne, zestawy wkładów TK do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual. Wolne od ftalanów o wytrzymałości do 350 PSI. Składające się z dwóch razem pakowanych wkładów o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem typu „T” o dł. 152 cm, gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 2 cm. Zestawy zawierają również 2 ostrza typu spike. W związku z powyższą informacją zapytujemy, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawów wkładów produkcji Bayer/ Medrad opisanych powyżej i zgodnych z instrukcją obsługi wstrzykiwacza?”

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmienia załącznik nr 1a do SWZ.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.