

Bytom dnia: 2021-07-15

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 14

Pakiet nr 12 Pyt. 1 –Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty w pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści: kaniule wyposażone w 3 paski radiacyjne, pozostałe wymagania zgodne z SWZ, w następujących rozmiarach: 0,9x 25mm, przepływ 42ml/min, 1,0x32mm, przepływ 59ml/min, 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min, 1,3x45mm, przepływ 96 ml/min?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pyt. 2–Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty w pakiecie nr 12 poz. 2 dopuści: kaniule wyposażone w 3 paski radiacyjne, pozostałe wymagania zgodne z SWZ, w następujących rozmiarach: 0,9x 25mm, przepływ 42ml/min, 1,0x32mm, przepływ 59ml/min, 1,3x32mm, przepływ 103 ml/min?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

Pyt. 3 –Czy Zamawiający w poz. nr 3 dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zgodnie z opisem SWZ.**

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent  
ds. Zamówień Publicznych  
inż. *Małgorzata Jasiniok*