



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Warszawa dnia: 2021-03-30

<Wszyscy Wykonawcy>

**INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZADANIU 11**

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) w imieniu Narodowego Instytutu Kardologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa („Zamawiający”) informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Dostawa sprzętu medycznego

Znak sprawy: ZP.079.2020

1) Zadania unieważnione:

Zadanie nr 11: Wklucia do . udowej

Uzasadnienie faktyczne i prawne: *cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że ceny rynkowe są niższe niż cena najkorzystniejszej oferty*

Na podstawie: art. 93 ust. 1 pkt 4

2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
Rurki , opaski , maski	Nr oferty 11 AKME SP. Z O.O. Spółka Komandytowa POLONEZA 89B 02-826 WARSZAWA	Nie podlega ocenie	Nie podlega ocenie

3) Oferty odrzucone

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
Bialmed Sp. z o.o. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Oferta odrzucona w zadaniu 11 Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Rurka nie posiada w zestawie czyścika do kaniuli, uchwyt do rurek intubacyjnych nie posiada zmiennej średnicy i nie jest samoprzylepny

Medtronic Poland sp. z o.o Ul. Polna 11 00-633 Warszawa	Oferta odrzucona w zadaniu 11 Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Rurka nie posiada w zestawie czyścika do kaniuli, uchwyt do rurek intubacyjnych nie posiada zmiennej średnicy i nie jest samoprzylepny
Sinmed Sp. z o.o ul. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice	Oferta odrzucona w zadaniu 11 Podstawa prawna: Art. 89. ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzasadnienie: Wykonawca wymagał zestawu składającego się z rurki tracheostomijnej zbrojonej z regulowanym położeniem kołnierza , opaski do mocowania oraz czyścika. Dostarczona próbka nie stanowi zestawu , produkty ,które powinny zawierać jego skład są pakowane oddzielnie. W związku z powyższym oferta firmy Sinmed podlega odrzuceniu

W imieniu Zamawiającego