

Numer postępowania: **ZP-271-53/24**

Kraków, dnia 02.09.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ (4)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego”**

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 3- Stacja dokująca do pomp infuzyjnych – 5 szt.

Poz.19 – Czy Zamawiający dopuści stację, której maksymalna moc z pompami wynosi 105 VA?

Stacje dokujące bez możliwości komunikacji mają maksymalną moc z pompami równą 90 VA, natomiast w przypadku stacji z komunikacją, jaką Zamawiający wymaga, moc ta wynosi 105 VA jak podano powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 3- Stacja dokująca do pomp infuzyjnych – 5 szt.

Poz. 27 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z poniższego wymogu -Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewniająca co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, etc.) (przy dostawie).

Instrukcja serwisowa oraz oprogramowanie serwisowe mogą być udostępniane tylko autoryzowanym serwisom posiadającym aktualne szkolenie potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź:

Narodowy Instytut Onkologii
Im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11
31-115 Kraków

Dyrekcja
Tel.: +48 12 634 82 00
Fax: +48 12 422 66 80

dyrektor@krakow.nio.gov.pl
www.krakow.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 12 634 80 00
Fax: +48 12 423 10 76

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00035

Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 7 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji terminów określonych w SWZ:

Było: 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.10.2024 r.

Jest: 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.10.2024 r.

Było: 19.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 04.09.2024 r. do godz. 10:00.

Jest: 19.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 05.09.2024 r. do godz. 10:00.

Było: 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.09.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Jest: 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.09.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.