

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych**
Numer referencyjny: **ZP.3311.44-1.2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 1:

- Pytanie:** „Czy Zamawiający w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści w pakiecie 7: Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Stosowana przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki), zgodnie z IFU nie wymagający dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wielkość membrany 2cmx2cm, grubość 2 mm, **Zamiast:** Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego, zbudowana z kwasu hialuronowego. Brak określonej lewej i prawej strony. Stosowana przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki), zgodnie z IFU nie wymagający dodatkowej fiksacji. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Wielkość membrany 5cmx5cm, grubość 2 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie membrany 2 cm x 2 cm, grubość 2 mm, w ilości 3 sztuk.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/