

**Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 36/PN/MN/2021**

Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: Dostawa obłożenia specjalistycznych chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, dokonuje sprostowania wyjaśnień treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Jest:

Uczestnik 4

Pytanie 14 Pakiet 11, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości gramatury materiału serwet w parametrze oceny jakościowej na 56g/m² (tak jak gramatura wymagana w opisie zestawu).

Odpowiedź: Tak

Powinno być:

Uczestnik 4

Pytanie 14 Pakiet 11, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości gramatury materiału serwet w parametrze oceny jakościowej na 56g/m² (tak jak gramatura wymagana w opisie zestawu).

Odpowiedź: Tak

Parametry oceny jakości w części nr 11			
Lp.	Parametr oceny	Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję	
4	Gramatura materiału serwet <56g/m ²	parametry potwierdzone jawną dla innych wykonawców kartą produktową / kartą techniczną	0
	Gramatura materiału serwet =56g/m ²		10
	Gramatura materiału serwet >56g/m ²		15
5	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) <100 cm H ₂ O	parametry potwierdzone jawną dla innych wykonawców kartą produktową / kartą techniczną	0
	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) =100 cm H ₂ O		10
	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) >100 cm H ₂ O		15
Możliwa max ilość pkt		30 pkt	

Jest:

Uczestnik 6

Pytanie 4 Część 21, poz. 1

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i czy parametry oceny jakości w pakiecie nr 21 nie zostały błędnie określone? Zestaw w pakiecie 21 nie zawiera serwet, których gramatura powinna być powyżej 60 g/m², a odporność na przenikanie płynów powyżej 150 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak

Powinno być:

Uczestnik 6

Pytanie 4 Część 21, poz. 1

Czy nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i czy parametry oceny jakości w pakiecie nr 21 nie zostały błędnie określone? Zestaw w pakiecie 21 nie zawiera serwet, których gramatura powinna być powyżej 60 g/m², a odporność na przenikanie płynów powyżej 150 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak

Parametry oceny jakości w części nr 21

Lp.	Parametr oceny	Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję	
4	Gramatura materiału serwet <30g/m ²	parametry potwierdzone jawną dla innych wykonawców kartą produktową / kartą techniczną	0
	Gramatura materiału serwet =30g/m ²		10
	Gramatura materiału serwet >30g/m ²		15
5	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) <100 cm H ₂ O	parametry potwierdzone jawną dla innych wykonawców kartą produktową / kartą techniczną	0
	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) =100 cm H ₂ O		10
	Odporność na przenikanie płynów (dot. Serwet) >100 cm H ₂ O		15
Możliwa max ilość pkt		30 pkt	

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 36/PN/MN/2021 z dnia 18/08/2021r.

Z poważaniem

Adam Szalanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach