

Bytom dnia: 2021-07-21

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7

Pakiet nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z przedłużaczem o długości 13,5cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47

W związku z tym, że cewnik Leader-Flex nie występuje w długości 12cm, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Leader-Flex o długościach 6, 8 oraz 20cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 56

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik jest przezroczysty, odporny na zaginanie. Posiada znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30° o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

