

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19

DOTYCZY PAKIETU NR 31 POZ.5 Czy Zamawiający dopuści Elektrode neutralna z kablem przyłączeniowym dla dzieci i dorosłych o dł. 4,5m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 2 DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.1 Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone na połowę, bezpieczna dla dorosłych, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem ze elektrody będą kompatybilne z aparatem ERBE.

PYTANIE 3 DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.4 Czy Zamawiający dopuści Kabel do elektrod monopolarnych, laparoskopowych, wtyk na narzędzia laparoskopowe 3 mm, dł. 3m, z wtyczką do diatermii 3-pinową ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4 DOTYCZY PAKIETU NR 32 POZ.6 Czy Zamawiający dopuści Elektrode monopolarna kulka o śr.4 mm, dł.5 cm lub 6mm, o dł.całkowitej ok.5cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 5 DOTYCZY PAKIETU NR 85 POZ.1 Czy Zamawiający dopuści Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, o powierzchni przewodzącej 103cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej, kompatybilne z diatermiami Emed, pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100 sztuk ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 6 DOTYCZY PAKIETU NR 85 POZ.2 Czy Zamawiający dopuści Kabel elektrod jednorazowych o dł. 5m ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE 7 DOTYCZY PAKIETU NR 2 POZ.4 Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki Kocher proste typu Halsted-Mosquito, dł 125 mm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

