

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 22/22PN/2019/3

Bytom dnia: 2019-09-18

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Pakiet nr 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do podawania surfaktantu metodą LISA o długości 20cm, średnicy zewnętrznej 2mm, wewnętrznej 0,8mm. Cewnik jest przezroczysty, odporny na zginanie. Posiada znaczniki głębokości, końcówkę zagiętą pod kątem 30° o stopniowanej miękkości minimalizującą ryzyko podrażnień - końcówka jest miękka, natomiast zakończenie końcówki bardzo miękkie. Cewnik kompatybilny z połączeniem Luer / Luer-Lock.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Zamawiający dopuszcza.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

