

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przeglądy i naprawy urządzeń Aesculap i BBraun.

Numer referencyjny: SZW/DZP/15/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami dokonując **modyfikacji** SWZ w zakresie samej SWZ oraz Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy:

Pytanie nr 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §10 Ust. 1, 2, 3:

1. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy.

2. Za opóźnienie w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego lub awarii sprzętu uniemożliwiającej wykonanie przeglądu, Wykonawca zapłaci kary

umowne w wysokości 0,5 % netto wartości niewykonanej części Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Za opóźnienie w wykonaniu naprawy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5 % wartości niewykonanej części Umowy netto określonej w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej terminów określonych w § 4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ. Kara umowna musi spełniać nie tylko funkcje odszkodowawczą, ale i stymulującą do należytego wykonania umowy, więc postanowienia wskazanej treści są realizacją tegoż celu.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ rozdz. 4 ust. 4.1 pkt. 12 oraz

Prosimy o dodanie zapisu: "Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przeglądów oraz napraw w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu w obydwie strony pokrywa Wykonawca."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w tym zakresie SWZ, którą przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Jednocześnie prosimy o zmianę zapisu w formularzu ofertowym pkt.1 (Załącznik nr 1 do SWZ) na: "SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przeglądów i napraw z wymianą części uwzględniającą dojazd do Zamawiającego lub koszty przesyłki".

Powyższa prośba wynika z faktu, że część usług przeglądów i napraw z powodów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych może być wykonana tylko w serwisie Wykonawcy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w tym zakresie Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 1 do umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - §3 ust. 1 pkt. 12

Prosimy o zmianę zapisu na: "usługi wykonywania przeglądu technicznego realizowane będą na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym Planu Przeglądu oraz odrębnego zlecenia wykonania usługi".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - §4 ust. 5

Prosimy o dodanie zapisu: "W przypadku rezygnacji z naprawy Zamawiający zostanie obciążony kosztami diagnostyki oraz wysyłki".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - §4 ust. 6

Prosimy o zmianę zapisu na: "Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie naprawy związane z usunięciem awarii (przywrócenie pełnej sprawności urządzenia) w terminie max. 5 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 21 dni roboczych od otrzymania akceptacji. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze o takich samych lub zbliżonych parametrach pracy."

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak w SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego - dla zadań 4-6

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład pakietów 4-6.

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzi różne element. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno. W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podaje jak niżej:

Zadanie nr 4

Insuflator PG 080 SN:1510CE0332

Pompa ssąco-płuczająca PG 145 SN:1509CE0350

Generator HF dwubiegunowy SN:002183

Jednostka sterująca kamery EA 000017 SN:G00440

Źródło światła EV2 000021 SN:600468

Monitor 3D EV-000047 SN:UAAA7257

Monitor 3D EV-000047 SN:UAAA1055

Monitor 2D EV-000046 SN:UAAA1116

Głowica kamery 0 st. EV2-000053 SN:491360

Zadanie nr 5

Dermatom:

Siatkownica do skóry BA720R SN3027,
Akumulator NiMh GA666 SN10230;10193
Ładowarka GA677 SN6174

Piła do cięcia mostka:

Akumulator GA 676 SN 28542
Nóżka podporowa GB 436R

Zadanie nr 6

Diatermia chirurgiczna GN 300
- brak danych o dodatkowych elementach

Termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie tj. zgodnie z Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00160857 z dnia 2025-03-25

*Zamawiający
/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego
w Poznaniu
dr hab. n. med.- prof. UZ
Dawid Murawa*