



Olecko dnia 2024-10-17

31/IP/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania

NS: 31/IP/2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: " Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz dostosowanie infrastruktury medycznej, technicznej i logistycznej do prowadzenia Oddziału Geriatrii "

Olmedica w Olecku Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 i ust.3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Uczestnik nr 1

Oddział Geriatrii

CZĘŚĆ 9 - Ssak jezdny (4 szt.)

Pytanie 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wymaga ssak z bezobsługową pompą tłokową – niskobrotowa(poniżej 50 obr./min).?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, pozycja 3 – Czy Zamawiający wymaga ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający wymaga dodatkowo Włącznika / wyłącznika nożny, zintegrowanego z wózkiem? (Włącznik/ wyłącznik na urządzeniu + dodatkowa opcja włącznika/wyłącznika umieszczonego w podstawie statywu jezdnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający wymaga maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg. Urządzenie o bardzo niskim poziomie wytwarzanego hałasu poniżej 37dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 5, pozycja 9 – Czy Zamawiający wymaga niższego pobóru mocy niż opisany – max. 50 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, pozycja 8 – Prosimy o dopuszczenie wydajności pracy urządzenia o parametrze: 30l/min? Wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, pozycja 10 – Prosimy o dopuszczenie wagi modelu jezdnego: ssak + wózek: 16 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, pozycja 11 – Prosimy o dopuszczenie wymiarów bez statywu jezdnego: 210 x 305 x 375 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści statyw jezdny z pojemnikiem na akcesoria: tj. pojemnik na cewniki o długości 75cm?

Oddział Wewnętrzny

CZĘŚĆ 11 - Ssak elektryczny (5 szt.)

Pytanie 10, pozycja 2 – Czy Zamawiający wymaga ssak z bezobsługową pompą tłokową – niskooobrotowa (poniżej 50 obr./min).?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Pozycja 3 – Czy Zamawiający wymaga ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Pozycja 4 – Czy Zamawiający wymaga dodatkowo Włącznika / wyłącznika nożny, zintegrowanego z wózkiem? (Włącznik/ wyłącznik na urządzeniu + dodatkowa opcja włącznika/wyłącznika umieszczonego w podstawie statywu jezdnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 Pozycja 7 – Czy Zamawiający wymaga maksymalne podciśnienie: minimum -90 kPa / 675mmHg. Urządzenie o bardzo niskim poziomie wytwarzanego hałasu poniżej 37dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 Pozycja 9 – Czy Zamawiający wymaga niższego pobóru mocy niż opisany – max. 50 W?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 Pozycja 8 – Prosimy o dopuszczenie wydajności pracy urządzenia o parametrze: 30l/min? Wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 Pozycja 10 – Prosimy o dopuszczenie wagi modelu jeźdźnego: ssak + wózek: 16 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 Pozycja 11 – Prosimy o dopuszczenie wymiarów bez statywu jeźdźnego: 210 x 305 x 375 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 Pozycja 12 – Czy Zamawiający dopuści statyw jeźdźny z pojemnikiem na akcesoria: tj. pojemnik na cewniki o długości 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wprowadza również zmiany w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, które zostały oznaczone kolorem czerwonym. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia powyższych odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o. o.

/-/mgr Katarzyna Mróz

