

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego n w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu znak sprawy: 17/17PN/2021.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ pakiet nr 36 – FILTRY ODDECHOWE DLA DOROSŁYCH I DZIECI, – po przez zmianę opisu :

Stare brzmienie:

1.	Filtry hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, ukośne złącze 22F/ 15M - 22M/ możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 29ml, objętość oddechowa 75ml, waga do 20g,
2.	Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, sterylny bądź czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze kolankowe, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi lub zakre
3.	Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, sterylny bądź czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze proste, możliwość podłączenia kapnometrii, zaty

Nowe brzmienie:

1.	Filtry hydrofobowy elektrostatyczny; bakteryjno wirusowe z skuteczność p/ bakteryjna 99,99% skuteczność p/ wirusowa 99,99%, ukośne złącze 22F/ 15M - 22M/ możliwość podłączenia kapnometrii, przestrzeń martwa max 29ml, objętość oddechowa 75ml, waga do 20g, pakowany pojedynczo, sterylny bądź mikrobiologicznie czysty
2.	Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, sterylny bądź czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze kolankowe, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi lub zakrepcana korkiem Luerluck przestrzeń martwa do 75ml, objętość oddechowa minimum 200 ml, waga do 35 g, pakowany pojedynczo.
3.	Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, Filtr oddechowy bakteryjno - wirusowy, sterylny bądź czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna 99,99%, skuteczność p/ wirusowa 99,99%, złącze proste, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi lub zkręcana korkiem Luerluck przestrzeń martwa do 42ml, objętość oddechowa minimalna 150 ml, waga do 25g, pakowany pojedynczo.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik A do SWZ – pakiet nr 36 stanowi integralną część SWZ.

Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Bytomiu

mgr Kornelia Cieśla

