

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Dostawy drobnego sprzętu j.u. do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **drobny sprzęt j.u.2/490/2024**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 9 poz.1: Czy Zamawiający dopuści zestaw:

SERWETA FB 60X50CM x1

SERWETA TF 75X45CM z otworem 8cm. x1

TUPFER A 17N 20X20CM x6

IGŁA INIEKCYJNA 18G X 1 1/2 (1,2X40MM) STAND PINK x1

IGŁA INIEKCYJNA 21G X 1 1/2 (0,8X40MM) STAND GREEN x1

KLESZCZYKI MET. DO IGŁY 13CM MAYO HEGAR PROSTE ZNACZONE KOLOREM x1

NOŻYCKI MET. 11CM IRIS PROSTE OSTRO-OSTRE ZNACZONE KOLOREM x1

PĘSETA MET. ANATOMICZNA 12,5CM ADSON ZNACZONA KOLOREM x1

KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKIE x1

STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X x1

Opakowanie twardey blister trójdzielny

Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 Pakiet 9 poz.2: Czy Zamawiający dopuści zestaw:

KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W x4

ROZSZYWACZ PLAST DO ZSZYWEK DO STAPLERÓW 100MM x1

RĘKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUROWANA M FIOLETOWA x2

Opakowanie typu twardey blister

Sterylizowane tlenkiem etylenu. Jednorazowego użytku

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Dotyczące SWZ: Rozdział 13 SWZ: Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty pełnomocnictwa bez wskazania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego dotyczy?

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w

sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 § 5 *W celu równego traktowania obu stron umowy, prosimy o dopisanie do wzoru umowy paragrafu o treści: "Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy."*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 5 § 2 ust.3 h) *Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10 %."*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zapisy umowy pozostają bez zmian

Pytanie nr 6 Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, w technologii wielowarstwowej, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Minimalna grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 295 mm. Mankiet rolowany z brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy /ARD DESIGN, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Badania na przenikalność substancji chemicznych wg EN 16523-1 oraz min. 12 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań, z fabryczną naniesioną tabelą przenikłości leków cytostatycznych na opakowaniu jednostkowym). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie minimum 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, obustronnie polimeryzowane. Minimalna grubość: na palcu 0,22 mm, długość min. 295 mm (dla każdego od rozmiaru), średnia siła zrywania przed starzeniem min. 16 N; AQL 0,65, poziom protein lateksu <30ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy /ARD DESIGN., opakowanie zewnętrzne foliowe podciśnieniowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na przenikanie min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (raporty z wynikami badań). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 Zadanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści produkty, które nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne, ponieważ nie podlegają dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EWG ani rozporządzeniu w sprawie wyrobów medycznych 2017/745? Ze względu na to, że nie podlegają dyrektywom dotyczącym urządzeń medycznych, produkty nie mogą być oznaczone znakiem CE. Produkt posiada deklarację zgodności z normą BS EN 14350:2020. Wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2015?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

DYREKTORA
Głównego Pułkownika Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Monika Nawacka

Zamawiający